

SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Jarocin, 24.04.2019 r.

## INFORMACJA

**Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego oraz wyrobów medycznych 6/2019**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

### 1.Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaferowania rękawic pakowanych a'50 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

*Odpowiedź: Tak*

### 2.Pakiet 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaferowania rękawic z AQL 0,65? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

*Odpowiedź: Tak*

### 3.Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaferowania rękawic z prostym mankietem z opaską samoprzylepną, powierzchnią zewnętrzną mikroteksturową, chlorowaną i silikonowaną, o długości min. 290 mm? Grubość na palcu 0,185 mm, na dłoni 0,175 mm, na mankiecie 0,165 mm, AQL 0,65. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

### 4.Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaferowania rękawic ze ściągaczem, o długości > 295 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

*Odpowiedź: Tak*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.972.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

## 5. PAKIET NR 5

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o następującym składzie:

1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny, 45 cm x 75 cm

4 x tufery gazowe, wielkości śliwki, 20n, ok. 20cmx20cm

1 x żel nawilżający 2,7 g

1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana)

5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm

1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny, 60 cm x 60 cm

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

1 x para nitrylowych rękawic diagnostycznych, rozmiar M

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardej blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta z numerem katalogowym, datą ważności i serią.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

## 6. Projekt umowy par.4 pkt.4

Wskazanie w projekcie umowy wymogu dostarczenia faktury w wersji elektronicznej wygenerowanej przez konkretny program i oczekiwanie od Wykonawców dostarczania faktur w konkretnym formacie (tutaj: \*Dataform i \*Malicki) stanowi celowe utrudnienie dla Wykonawców i ograniczenie przez Zamawiającego dostępu do wzięcia udziału w postępowaniu. Wykonawcy mogą bowiem korzystać z oprogramowania różnych producentów, niekoniecznie z oprogramowania podanego przez Zamawiającego.

W związku z powyższym zwracamy się o zaprzestanie naruszeń zasady równego traktowania Wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji, a tym samym opracowanie i zamieszczenie w projekcie umowy wymogów umożliwiających wszystkim Wykonawcom działania na równych warunkach.

*Odpowiedź: Par.4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:*

„Wymagania dotyczące fakturowania –faktury winny być dostarczane również w formie elektronicznej. Każda pozycja asortymentu wymieniona na fakturze powinna bezwzględnie zawierać dane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.04.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. nr 489).”



**CERT**  
POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI  
PN-EN ISO 9001:2009  
CERTIFIKAT NR  
748706/2017A/R

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.972.000

**7. Pakiet 1, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie rękawic:

- nie pokrytych na stronie wewnętrznej poliuretanem;
- o grubości na palcu na pojedynczej ściance 0,06mm;
- klasyfikowanych i oznakowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii I.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**8. Pakiet 1, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie rękawic:

- z poziomem AQL=1,5;
- pakowanych a'100szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**9. Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie min 13 cytostatyków na minimum 5 poziomie (przeniknięcie substancji następuje po min. 240 minutach) zgodnie z normą ASTM D6978, w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**10. Pakiet 6 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 55mm w części przezroczystej, igła biorcza wykonana z ABS bez wzmocnień, nazwa producenta na zacisku rolkowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**11. Pakiet 6 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów typu IS do przetaczania leków światłoczułych z komorą wykonaną z PCV, rolkowy regulator bez otworu na igłę biorczą po użyciu, brak loga producenta na przyrządzie, brak piktogramu zgodnie z normą PN-EN 15986:2011, przyrząd zapakowany bez światłoczułej osłonki na butelkę z płynem infuzyjnym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**12. Pakiet 6 poz. 5**


Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy komora kroplowa wykonana z PCV, igła biorcza wykonana z ABS bez wzmocnień, zacisk rolkowy bez otworu do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, brak nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie bez kolorów, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**13. Pakiet 6 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi, komora kroplowa wykonana z PVC, nazwa producenta na zacisku rolkowym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

#### 14.dot. Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikalność cytostatyków zgodnie z bardziej dokładną i precyzyjną dedykowaną do badania cytostatyków normą ASTM D 6978-05.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### 15.dot. Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy informacja o poziomie AQL ma być fabrycznie nadrukowana na opakowaniu.

Odpowiedź: Informacja o poziomie AQL ma być fabrycznie nadrukowana na opakowaniu.

#### 16.dot. Pakiet 2, poz. 2

Zwracamy do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie czy w kwestii wymogu dotyczącego badań na substancje chemiczne uzna badania na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nową normą EN 16523-1 (która 21 kwietnia 2023 całkowicie zastąpi normę 374-3 – do tego czasu obie normy uznawane za równorzędnie obowiązujące).

Odpowiedź: Zamawiający uznaje normę 374-3 oraz normę EN 16523-1.

#### 17.dot. Pakiet 3, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic chirurgicznych, jałowych, lateksowych, bezpudrowych, z mankietem równomiernie rolowanym, powierzchnia teksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana poziom protein poniżej 30 ug/g, rękawice badane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), długość min. 295 mm, grubość na palcu 0,230 mm, na dłoni 0,205 mm, na mankiecie 0,170 mm, poziom AQL 1,0, rozm. 6,0 – 9,0. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy II a i środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowania po 50 par rękawic.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### 18. Pakiet 6, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 55 mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta **standardowo, stożkowo, dwukanałowa**, wykonana z ABS **niewzmocnionego włóknem szklanym (gdyż opisana powyżej konstrukcja igły nie wymaga dodatkowego wzmocnienia)**, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowy otwór do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### 19. Pakiet 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym, niebiesko-kolorystycznie odróżnionym od op. przyrządu do krwi. Opakowanie z wyraźnym znacznikiem otwarcia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.972.000

**20. Pakiet 6, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z workiem dołączonym do przyrządu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
*Odpowiedź: Przyrząd do przetaczania razem z workiem ma stanowić całość ( jedno opakowanie ).*

**21. Pakiet 6, poz. 5**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, komora kroplowa wykonana z PP o długości min **55 mm** (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta **standardowo, stożkowo, dwukanałowa**, wykonana z **ABS niewzmocnionego włóknem szklanym (gdyż opisana powyżej konstrukcja igły nie wymaga dodatkowego wzmocnienia)**, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowy otwór do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**22. Pakiet 6, poz. 3, 4, 5, 6**

Czy Zamawiający dopuszcza także przyrządy z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC? Przyrządy w całości pozbawione toksycznych ftalanów.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ w tym zakresie.*

**23. Pakiet 6, poz. 3,5,6**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3,5,6 z pakietu 6. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**24. Pakiet 6, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS, ścięta trójplaszczynowo - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**25. Pakiet 6, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

26. Pakiet 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

27. Pakiet 6, poz. 3

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

28. Pakiet 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonaną ze wzmocnionego ABS, ścięta trój płaszczyznowo - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

29. Pakiet 6, poz. 5

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów IS bursztynowy z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

30. Pakiet 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS bursztynowy bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

31. Pakiet 6, poz. 5

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

32. Pakiet 6, poz. 6

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, ścięta trójplaszczynowo, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

33. Pakiet 6, poz. 6

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

34. Pakiet 6, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepek na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

35. Pakiet 6, poz. 6

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

36. Pakiet 6, poz. 6

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.972.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**37. Dot. pakietu 4:**

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie rękawic o wartości AQL 1,5?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**38. Dot. pakietu 5:**

Czy Zamawiający wymaga, aby w zestawie znajdowało się 8 szt. kompresów gazowych?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.*

**Pytanie dot. projektu umowy:**

39. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 6 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

40. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

41. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2, pkt 2.1 wzoru umowy wydłużyć godziny dostaw do godz. 15:00?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

„Szpital Powiatowy w Jarocinie”  
Spółka z o.o.  
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1  
tel. 62 33 22 350, fax 62 33 22 359  
NIP 6172189328, Regon:301415604

Prezes Zarządu  
  
Henryk Szymczak



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.972.000