

SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 31.10.2019 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych 19/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

1.Pakiet 1 poz.1 Czy Zamawiający miał na myśli cewnik typu Tiemann CH8?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga cewniki dopęcherzowe w rozmiarze CH8.

2.Pakiet 1 poz. 7-12 Czy Zamawiający dopuści Dreny Kehr T 160x360mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3.Pakiet 1 poz. 22 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

4.Pakiet 1 poz. 33 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

5.Pakiet 1 poz. 59-66 Czy zamawiający dopuści dren brzuszny bez linii kontrastującej reszta opisu zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

6.Pakiet 1 poz. 74 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

7.Pakiet 1 poz. 77,78 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

8.Pakiet 1 poz. 81 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

9. Pakiet 1 poz. 83 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

10. Pakiet 1 poz. 86 Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarze 54mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet 1 poz. 88 Prosimy o podanie ilości ponieważ Zamawiający nie uwzględnił tego w SIWZ.

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka. Zamawiający usuwa poz.88 z pakietu 1.

12. Pakiet 5 poz. 1-41 Czy zamawiający wymaga, aby opakowanie posiadało zgrzewy punktowe utrzymujące kształt anatomiczny rurki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a dopuszcza.

13. Pakiet 5 poz. 42-47 Czy zamawiający wymaga aby rurka posiadała szyld stały lub ruchomy w zależności od potrzeb Zamawiającego reszta opisu zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a dopuszcza.

14. Pakiet 5 poz. 54 – 60 Czy zamawiający wymaga aby cewniki posiadały zmrożoną powierzchnię?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a dopuszcza.

15. Pakiet 5 poz. 54 – 60 Czy Zamawiający dopuści cewnik jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe reszta opisu zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Pakiet 5 poz. 57 Czy Zamawiający dopuści cewnik CH12 o długości 50-60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Pakiet 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych wykonany z PCV, długość drenu 200cm, pętla donosowa 50cm, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18. Pakiet 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla niemowląt wykonany z PCV, długość drenu 200cm, pętla donosowa 50cm, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

19. Pakiet 6 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci wykonany z PCV, długość drenu 200cm, pętla donosowa 50cm, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

20. Pakiet 6 poz.4 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków wykonany z PCV, długość drenu 200cm, pętla donosowa 50cm, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet 9 poz.2 – 10 Czy Zamawiający wymaga aby cewniki były sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

22. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

23. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozładunku do pomieszczenia przyjęć i dostaw na terenie Apteki Szpitalnej oraz dopuszcza obecność pracownika dostawcy podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.

24. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedyicznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

Odpowiedź: Zgodnie z par.4 ust.5 wzoru umowy.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Tomasz Roguszczyk
Tomasz Roguszczyk



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00

