



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Jarocin, 10.03.2020 r.

## INFORMACJA

### Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego 3/2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzamy zmiany treści SIWZ.

### Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 09.03.2020 r.

#### Zamiast:

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnego nadzoru z barierkami tworzywowymi wypełniającymi leże na  $\frac{3}{4}$  długości, które spełniają normę bezpieczeństwa 60601-2-52? Wolna przestrzeń znajduje się od strony nóg pacjenta. Barierki zabezpieczają pacjenta również w pozycji siedzącej

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

#### Powinno być:

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnego nadzoru z barierkami tworzywowymi wypełniającymi leże na  $\frac{3}{4}$  długości, które spełniają normę bezpieczeństwa 60601-2-52? Wolna przestrzeń znajduje się od strony nóg pacjenta. Barierki zabezpieczają pacjenta również w pozycji siedzącej

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

Prezes Zarządu

Henryk Szymczak



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 44.426.000