



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Jarocin, 04.01.2017 r.

## INFORMACJA

### Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy implantów do zabiegów kostnych 24/2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

1.Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych z tytanu?

*Odpowiedź: Tak*

2.Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 A Płytką do dalszego końca kości udowej poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie: płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, płyta prawa/lewa. Długość płyty: 170, 206, 242, 278, 314 i 350 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm. Otwory gwintowane pod śruby gwintowane (blokowane) 5,0 mm. Stal?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

3.Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 B Płytki do dalszego końca kości piszczelowej poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie: płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, płyta prawa/lewa. Długość płyty przedniobocznej: 80, 106, 132, 158, 184, 210 i 236 mm; długość płyty przyśrodkowej: 117, 144, 171, 198, 225 i 252 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane pod śruby gwintowane (blokowane) 3,5 mm. Stal?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

4.Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 B Płytki do dalszego końca kości piszczelowej poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby blokującej 3,5 mm, stal?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

5.Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 B Płytki do dalszego końca kości piszczelowej poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie zaślepki blokowanej gwintowanej do otworu płytki, grubość 3,5 mm, stal?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

6.Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 C Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie: płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, płyta prawa/lewa. Długości płyty: 81, 107, 133, 159, 185, 211 i 237 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane pod śruby gwintowane (blokowane) 3,5 mm. Stal?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 36.994.000

7. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 C Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej poz. 2 wyrazi zgodę na zaferowanie śruby blokującej 3,5 mm, stal?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

8. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 C Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej poz. 5 wyrazi zgodę na zaferowanie zaślepki blokowanej gwintowanej do otworu płytki, grubość 3,5 mm, stal?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

9. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 D Płytki do części dalszej kości ramiennej poz. 1 wyrazi zgodę na zaferowanie: Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespołów złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzi a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (prawe i lewe); b) płytki blokowane od strony tylnobocznej nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe); c) płytki blokowane od strony tylnobocznej z hakiem nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe); d) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 3 do 14. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane o średnicach 2,4/2,7/3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne o średnicach 3,5 mm.

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

10. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 D Płytki do części dalszej kości ramiennej poz. 2 wyrazi zgodę na zaferowanie śruby blokowanej 2,4 i 2,7 mm, długość 10-60 mm, tytan?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

11. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 D Płytki do części dalszej kości ramiennej poz. 3 wyrazi zgodę na zaferowanie śruby blokowanej 3,5 mm, długość 10-70 mm, tytan?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

12. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 D Płytki do części dalszej kości ramiennej poz. 4 wyrazi zgodę na zaferowanie śruby korowej 2,7 mm, długość 8-60 mm, tytan?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

#### Pakiet 6

13. Czy Zamawiający dopuści poniższy asortyment:

Poz. 1. Cement kostny z gentamycyną i klindamycyną 1x40g,

Poz. 2. System płukania pulsacyjnego ran oraz struktur kostnych, nie zawierający lateksu, przeznaczony do jednorazowego użytku. Urządzenie posiada własny bateryjny napęd ze zintegrowanym wężem tłoczno-ssącym płyn wraz z klipsem odcinającym oraz przewodem zasilającym. W jednym opakowaniu wraz z kolbą znajduje się krótka i długa końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbryzgową o długości 12,7 cm i 22,86 cm. System zapewnia dwie szybkości pracy uzyskiwane przy pomocy spustu kołyskowego w rękojeści. Jedna o wysokim ciśnieniu 23 PSI do płukania kości lub niska 5,8 PSI do płukania tkanek miękkich. System nie wymaga użycia sprężonego powietrza (zarówno ze ściany jak i butli). Końcówki można wielokrotnie wymieniać w trakcie jednego zabiegu.

Poz. 3. Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, pojedynczy, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g do 80g zawierający specjalne spłaszczone dysze do endoprotez?

Odpowiedź: *Tak*





SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

#### **Pakiet 9**

14. Czy Zamawiający w Pakiecie 9 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu do 72 godz. od złożenia zamówienia?

*Odpowiedź: Tak*

15. **Pakiet 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nie wycenianie pozycji nr 2, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 15 w związku z tym, że implanty te nie są używane w systemach gwoździ śródspikowych firmy Stryker.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

16. **Pakiet 10** Czy zamawiający w poz. 1 dopuści wkręty stalowe.

*Odpowiedź: Tak*

17. **Pakiet 10** Czy zamawiający w poz. 13, 17, 18, 19 dopuści implanty stalowe?

*Odpowiedź: Tak*

#### **18. Pakiet 10**

Czy zamawiający wyłączy z pakietu 10 poz. 16 i 20 i utworzy z nich osobny pakiet?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

#### **19. Pakiet 10**

Czy zamawiający dopuści w poz. 14. Nakrętkę o średnicy 5 mm?

*Odpowiedź: Tak*

#### **20. Pakiet 10**

Czy zamawiający dopuści w poz. 22 tytanowy gwoździe śródspikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w części dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint,  $\varnothing$  4 mm i  $\varnothing$  5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna,  $\varnothing$  8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna  $\varnothing$  7 mm o długości 0 mm (pełny gwint),  $\varnothing$  8 mm o długości 0 mm oraz  $\varnothing$  11.5 mm o długości 5-35 mm.

*Odpowiedź: Tak*

#### **21. Pakiet 10**

Czy zamawiający dopuści w poz. 23 tytanowy gwoździe śródspikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwoździe antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w części dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna,  $\varnothing$  5 mm, dł. 25-60 mm ze



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 36.994.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna,  $\varnothing$  5 mm i dł. 40-120 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna,  $\varnothing$  8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna,  $\varnothing$  8 mm i dł. 0 mm oraz  $\varnothing$  11.5 mm i dł. 5-35 mm

Odpowiedź: *Tak*

## 22. Pakiet 10

Czy zamawiający dopuści przesłanie implantów wraz z instrumentarium każdorazowo przed zabiegiem w sposób umożliwiający wcześniejszą sterylizację?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

## 23. Pakiet nr 4 ENDOPROTEZA JEDNO I DWUPRZEDZIAŁOWA ORAZ REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO.

Czy w związku z tym iż Zamawiający w pakiecie 4 w punkcie dotyczącym kolana pierwotnego zamówił 75 komponentów udowych, 75 wkładek polietylenowych i tylko 16 komponentów piszczelowych zgodzi się na poprawkę omyłki wyliczeniowej w punkcie 2 dotyczącym „Komponentu piszczelowego modułarnego, wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępnego w 8 rozmiarach, w technologii Fixed bearing z obwodowo blokowaną wkładką piszczelową oraz tzw. wyspą antyrotacyjną dla dodatkowej minimalizacji mikroruchów wkładki” i uwzględnienie nowej ilości komponentu piszczelowego w ilości 62 sztuk zamiast omyłkowo wyliczonych 3 sztuk?

Odpowiedź: *W zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 4 ENDOPROTEZA JEDNO I DWUPRZEDZIAŁOWA ORAZ REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO poz. 2 było:*

2	Komponent piszczelowy modułarny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach, w technologii Fixed bearing z obwodowo blokowaną wkładką piszczelową oraz tzw wyspą antyrotacyjną dla dodatkowej minimalizacji mikroruchów wkładki	szt.	3
---	--	------	---

Powinno być:

2	Komponent piszczelowy modułarny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach, w technologii Fixed bearing z obwodowo blokowaną wkładką piszczelową oraz tzw wyspą antyrotacyjną dla dodatkowej minimalizacji mikroruchów wkładki	szt.	62
---	--	------	----

## Pakiet 9

24. Czy Zamawiający dopuści protezę cementową?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

25. Czy Zamawiający dopuści głowę protezy w zakresie trzech wysokości 10, 12 i 14mm zamiast 16, 18mm?

Odpowiedź: *Tak*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 36.994.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

26. Czy Zamawiający dopuści 2 rodzaje trzpieni: prosty i kątowy zamiast 5 rozmiarów pokrytych porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

27. Czy pod pojęciem: zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających prawidłowe wykonanie umowy Zamawiający ma na myśli instrumentarium oferowane przez danego wykonawcę dedykowane do oferowanych przez niego w pakiecie wyrobów? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: *Tak, pod pojęciem: zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających prawidłowe wykonanie umowy Zamawiający ma na myśli instrumentarium oferowane przez danego wykonawcę dedykowane do oferowanych przez niego w pakiecie wyrobów.*

28. Czy Zamawiający odstąpi od depozytu implantów oraz użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy na rzecz dostarczenia 2 trzpieni oraz głów litych (w minimum 3 rozmiarach średnicy i 3 rozmiarach wysokości dla każdej średnicy) na zamówienie wraz z instrumentarium do zabiegu? Instrumentarium oraz nieużyte elementy endoprotezy (w tym nie rozpakowane głowy lite endoprotezy) będą zwracane Wykonawcy każdorazowo po zabiegu?

Odpowiedź: *Zamawiający w Pakiecie 9 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu do 72 godz. od złożenia zamówienia.*

#### **Pakiet 10**

29. Czy pod pojęciem: zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających prawidłowe wykonanie umowy Zamawiający ma na myśli instrumentarium oferowane przez danego wykonawcę dedykowane do oferowanych przez niego w pakiecie wyrobów? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: *Tak, pod pojęciem: zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających prawidłowe wykonanie umowy Zamawiający ma na myśli instrumentarium oferowane przez danego wykonawcę dedykowane do oferowanych przez niego w pakiecie wyrobów.*

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na depozyt implantów w zakresie rozmiarów uzgodnionych pomiędzy obiema stronami umowy?

Odpowiedź: *Tak*

#### **Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów umowy:**

31. §2 ust. 1 – Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż zapis w zdaniu pierwszym dotyczy dostaw wyrobów: każdorazowo na zamówienie lub jako uzupełnienie depozytu w oparciu o protokół zużycia? Faktura za wyroby oddane w depozyt wystawiona zostanie na podstawie protokołu zużycia.

Odpowiedź: *Wykaz wskazany w §2 ust. 1 dotyczy asortymentu wskazanego w zał. nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz ofercie – całej ilości przeznaczony do zakupu w okresie trwania umowy. Zał. nr 1 nie dotyczy instrumentarium.*

32. §4 ust. 3 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania daty ważności na dokumencie towarzyszącym uzupełnieniu depozytu w przypadku wyrobów niesterylnych? W przypadku wyrobów niesterylnych dokumenty nie zawierają informacji dotyczących dat ważności.

Odpowiedź: *Tak*

33. Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 4, iż termin zaimplementowania reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 36.994.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

*Odpowiedź: Tak*

34. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5 ust. 6 z 1% na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

35. Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

36. §8 ust. 5 - Czy Zamawiający dookreśli, że w trakcie obowiązywania umowy cena netto jest niezmienna?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

„SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE”  
SP. Z O.O.  
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA  
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1  
tel. 62 33 22 321, 62 33 22 158

PREZES ZARZĄDU

*Marcin Jantas*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 36.994.000