



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 17.01.2017 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy implantów do zabiegów kostnych 24/2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

Dotyczy: Pakiet nr 3 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO.

1. Czy w związku z tym iż Zamawiający w pakiecie 3 w punkcie dotyczącym biodra pierwotnego zamówił 60 trzpieni beczementowych, 45 panewek beczementowych i tylko 15 wkładek polietylenowych zgodzi się na poprawkę omyłki wyliczeniowej w punkcie 3 dotyczącym „Panewka beczementowa typu press-fit pokryta czystym tytanem w formie beczkowej odwzorującym strukturę kości gąbczastej w dwóch rodzajach: bezotworową lub z min. 3-5 otworów w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 66 mm” i uwzględnienie nowej ilości panewki beczementowej w ilości 5 sztuk zamiast omyłkowo wyliczonych 45 sztuk oraz poprawę omyłki wyliczeniowej w punkcie 4 dotyczącym „Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 22mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, symetryczny lub asymetryczny” i uwzględnieniem nowej ilości wkładek polietylenowych w ilości 55 sztuk zamiast omyłkowo wyliczonych 15 sztuk?

Odpowiedź: W zał. nr 3 Pakiet nr 3 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO w poz. 3, 4 było:

3	Panewka beczementowa typu press-fit pokryta czystym tytanem w formie beczkowej odwzorującym strukturę kości gąbczastej w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 3-5 otworów w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 66 mm	szt.	45
4	Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 22mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, symetryczny lub asymetryczny	szt.	15

Powinno być:

3	Panewka beczementowa typu press-fit pokryta czystym tytanem w formie beczkowej odwzorującym strukturę kości gąbczastej w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 3-5 otworów w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 66 mm	szt.	5
4	Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 22mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, symetryczny lub asymetryczny	szt.	55



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 36.994.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Informujemy, iż przedłuża się termin składania ofert do dnia 24.01.2017 godzina i miejsce składania bez zmian.

„SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE”
SP. Z O.O.
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
tel. 62 33 22 321, 62 33 22 158

PREZES ZARZĄDU

Marcin Jantas



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 36.994.000