



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 17.02.2017 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych oraz wyrobów medycznych 2/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

1. Dot. Pakietu 2 poz.2 (nieoznaczona)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igieł o długości 17mm (zamiast 16mm), pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy SIWZ FO i FC

Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy?

Odpowiedź: Wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których Państwo przystępujecie.

3. Dotyczy § 5 ust.6 wzoru umowy

W/ w ustęp zawiera informację: „Za nieterminowa dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1% wartości brutto nie dostarczonej dostawy za każdy dzień opóźnienia.”
Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

4. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego, powleczonych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź: Tak



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

5. Pakiet nr 1 pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 26mm z nitką o długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet nr 1 pozycja 6 – 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrótnie tnących standardowych (nie posiadających wzmocnienia)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

7. Pakiet nr 1 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrótnie tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Pakiet nr 1, 5

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym opakowaniu zbiorczym oraz jednostkowym opakowaniu szwów (saszetce) znajdowała się informacja o dacie produkcji i dacie przydatności do użycia oraz oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub kod matrycowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

9. Pakiet nr 3, pozycja 1 – 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 250cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrótnie tnącej z nitką o długości 45cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej o dł. 17mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 17mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 17mm lub 26mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

15. Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 36mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

16. Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 nić syntetyczną, plecioną, jednoskładnikową (kwas poliglikolowy), powlekaną o okresie wchłaniania 60-90 dni i efektywnym okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni oraz podtrzymaniu tkankowym 65% po 14 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

17. Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 6, 8, 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 6, 8, 9 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

18. Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 10 igłę o długości 70mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

19. Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 12

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 12 igłę o długości 40mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

20. Dotyczy pakietu nr 1, pozycji 6, 9, 10, 11 12

Czy zamawiający odstąpi w opisie igieł od wymogu igły wzmocnionej ? umożliwi to przystąpienie do złożenia oferty większej ilości wykonawców, a co za tym idzie uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej wyceny pakietu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

21. Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 15 – 18

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 15 – 18 nić o długości 250cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 1-3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycjach nr 1-3 nić o długości 250cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. Dotyczy Pakietu nr 8, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, Pozycji nr 6 nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

24. Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na poniższe parametry oferowanego asortymentu?

- poz. 1-19: siła podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 70-80%, po 21 dniach ok. 42%, po 21 dniach ok. 19-25%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- poz. 1-14,19: tolerancja dł. nici 70- 90 cm

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

- poz. 19: igła tnąca/odwrotnie tnąca

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający zgadza się na poniższe parametry oferowanego asortymentu?

- poz. nr 1-5: tolerancja dł. nici 70- 75 cm, krzywizna igły 1/2 lub 3/8 koła, ostrze odwrotnie tnące

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

26. Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający zgadza się na poniższe parametry oferowanego asortymentu?

- poz. nr 3: dł. nici 150 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający zgadza się na poniższe parametry oferowanego asortymentu?

- poz. nr 4: tolerancja wielkości igły 16-17 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający zgadza się na poniższe parametry oferowanego asortymentu?

- poz. nr 1-3: tolerancja dł. nici 70-75 cm

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

29. Czy w pakiecie nr 8 Zamawiający wymaga poniższych parametrów oferowanego asortymentu?

- poz. nr 1,2: tolerancja wielkości igły ± 0.2 mm

Odpowiedź: Tak

30. **Pakiet nr 2,**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie wszędzie tam gdzie występuje nitka o długości 75 cm nitki o długości 70cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

31. **Pakiet nr 2, poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

32. **Pakiet nr 2, poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

33. Pakiet nr 2, poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 22mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

34. Pakiet nr 2, poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągło-tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

35. Pakiet nr 2, poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

36. Pakiet nr 3, poz.1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nici o długości 180cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

37. Pakiet nr 4, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 31mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

38. Pakiet nr 4, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągło-tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

39. Pakiet nr 4, poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

40. Pakiet nr 5, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 31mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

41. Pakiet nr 5, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

42. Pakiet nr 7, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 90mm, grubości 2 oraz długości nici 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PN-EN ISO 9001:2009
CERTYFIKAT NR:
748/06/2011/J/C

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Informujemy, iż przedłuża się termin składania ofert do dnia 22.02.2017 godzina i miejsce składania bez zmian.

„SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE”
SP. Z O.O.
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
tel. 62 33 22 321, 62 33 22 158

PREZES ZARZĄDU

Łeśzek Mazurek



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000

