



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Jarocin, 17.07.2017 r.

## INFORMACJA

**Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych 16/2017**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

### Pakiet 4

1. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści opatrunki w klasie IIa reg. 4 (nie są to inwazyjne wyroby chirurgiczne do krótkotrwałego użytku)?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

2. Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści setony pakowane w torebkę papierowo – foliową?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

3. Czy w poz. 9 Zamawiający wymaga zaofiarowania podkładów ginekologicznych z materiału nadającego się do sterylizacji w parze wodnej?

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga.*

4. Czy w poz. 19 Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem w rozmiarze 25 x 76 mm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

### Pakiet 5

5. Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania opasek gipsowych na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.*

### Pakiet 8

6. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści krem ochronny do skóry zawierający tlenek cynku zamiast kreatyny, który charakteryzuje się działaniem antybakteryjnym i antyseptycznym chroniąc skórę przed powstaniem podrażnień?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.379.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

#### Pakiet 18

7. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści siatki 8 x 13 cm lub 10 x 16 cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza siatki 10x16 cm.*

#### Pakiet 23

8. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści pościel o następujących parametrach?:

Skład	NIEBIESKI
powłoka	200 x 150cm
powłoczka	90 x 75cm
prześcieradło	210 x 150cm

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

#### Pakiet 25

9. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści serwetkę do rąk z włókniny kompresowej o wymiarach 30 x 30 cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

#### Dotyczy treści wzoru umowy:

10. Czy za dni robocze w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

*Odpowiedź: Tak*

11. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. Wyrażenie „1 % wartości brutto danej dostawy” zastąpione zostało wyrażeniem „1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy”?

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

*Odpowiedź: Tak*

#### 12. Pakiet 3, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6x7cm



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.379.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.*

**13.Pakiet 3, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10x12cm

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.*

**14.Pakiet 3, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku wzmocnionego włókniną

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**15.Pakiet 5, poz. 1,2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opaski gipsowej o czasie 4-5 min w opakowaniu a'1 sztuka.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**16.Pakiet 6, poz. 1-2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów 12 warstwowych

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**17.Pakiet 11, poz. 4-6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów pakowanych a'3 sztuki.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**18.Pakiet 11, poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów w rozmiarze 10x10cm

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**19.Pakiet 11, poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów w rozmiarze 7,5x7,5cm

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**20.Pakiet 11, poz. 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**21.Pakiet 14, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów gazowych 12 warstwowych

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**22.Pakiet 21, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pokrowca na przewody w rozmiarze 13cm x 250cm jałowy, składany teleskopowo.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.379.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**23. Pakiet 23, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pościel o rozmiarach: 150x200cm (prześcieradło) 150x210cm (poszwa) 70x80cm (poszewka).

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**24. Pakiet 25, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwetek do rąk w rozmiarze 30x40cm wykonany z celulozy, pakowany po 2 sztuki, wraz z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**25. Dotyczy Pakietu nr 18**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści siatki w rozmiarze 8 x 15 cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**26. Dotyczy Pakietu 19**

Czy Zamawiający w pozycji 1 polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Gramatura implantu 39 g/m<sup>2</sup> (+/- 10%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm = 0,12mm.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**27. Pakiet 11**

Poz. 1-6 i 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

28. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści kompresy 10x10 cm 12 warstwowe x 3 szt. pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczy?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

29. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści kompresy 10x10 cm 8 warstwowe x 3 szt. pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczy?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

30. Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kompresy 7,5x7,5 cm 12 warstwowe x 3 szt. pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczy?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

31. Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kompresy 7,5x7,5 cm 8 warstwowe x 3 szt. pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczy?



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.379.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

32.Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści kompresy 5x5 cm 8 warstwowe x 3 szt. pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczy?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

33.Pakiet 13 Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu 8 warstwowe? Pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

34.Pakiet 14 Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

35.Pakiet 17

Poz. 1 i 1 Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną z zapinką o składzie: Materiał 100% włókna syntetyczne tj: poliestrowe i poliamidowe?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

#### **36.Dotyczy Pakietu 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 16 na dostarczenie 1szt. próbki w najmniejszym rozmiarze - są to te same opatrunki tylko w różnym rozmiarze?

*Odpowiedź: Tak*

#### **37.Pytanie nr 1 - dotyczy sterylizacji kompresów**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (m.in. tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie z SIWZ spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych pozostałymi dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, i tp.) – nie ma w związku z tym przeciwwskazań.

Wypełnienie zapisów norm prawnych, dotyczących sterylizacji wyrobów medycznych jest prawnym obowiązkiem wytwórcy danego wyrobu medycznego.

Spełnienie tych norm, stanowiących o bezwzględnym bezpieczeństwie stosowania sterylnego wyrobu medycznego, potwierdzone zostaje przez wytwórcę umieszczeniem znaku bezpieczeństwa wyrobu medycznego CE.

Fakt ten, po powołaniu odpowiednich norm, zostaje każdorazowo potwierdzony przez wytwórcę w Deklaracji Zgodności, potwierdzonej i zbadanej w przypadku wyrobów sterylnych przez jednostkę notyfikowaną, wydającą Certyfikat CE dla danego sterylnego wyrobu medycznego. Brak więc podstaw do twierdzenia, że dany wyrób sterylizowany konkretną metodą sterylizacyjną jest bezpieczniejszy czy w jakimkolwiek stopniu „lepszy” od innego wyrobu.

Stawianie wymagania w postaci ograniczenia sterylizacji wyłącznie w parze wodnej stanowi zatem naruszenie zasady dot. uczciwej konkurencji.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.379.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**38. dotyczy Pakietu 11 poz. 4-6**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8w:

10x10cm

7,5x7,5cm

5x5cm?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**39. dotyczy Pakietu 11 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30g?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.*

**40. dotyczy Pakietu 11 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'2szt z przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**41. Dotyczy Pakiet 18, poz. 1**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 8x15cm.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**42. Dotyczy Pakietu 19**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,36 mm, wielkość oczek 1,5 – 1,7 mm, gramatura 55 g/m<sup>2</sup>?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**43. Dotyczy Pakietów 18 i 19**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby siatki posiadały metryczki wklejki do każdej siatki zawierające co najmniej nazwę wyrobu, nr katalogowy lub REF, rozmiar, serię i datę ważności.*

**44. PAKIET NR 11**

1. **Poz. nr 4** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych w rozmiarze 10x10 cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.*

2. **Poz. nr 5** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.379.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

3. **Poz. nr 8** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych 4- warstwowych, 30 g/m<sup>2</sup>, jałowych, 5x5cm, pakowanych w opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

#### 45.PAKIET NR 13

**Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych 12-warstwowych? Pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

#### 46.PAKIET NR 15

**Poz. nr 4** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet gazowych 20-nitkowych, 4-warstwowych, z taśmą, 45cmx45cm, posiadających element radiacyjny w postaci niebieskiej taśmy radiacyjnej - chip pvc wszytego w zwinięty brzeg serwety (dł. ok. 10 cm)?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

#### 47.Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli o rozmiarze części lepnej 14x21cm, w opakowaniu zbiorczym a'40szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

#### 48.Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli o rozmiarze części lepnej 22x30cm, w opakowaniu zbiorczym a'20szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

#### 49.Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli o rozmiarze części lepnej 36x40cm, w opakowaniu zbiorczym a'20szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

#### 50.Pakiet 1, poz. bez numeru

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli o rozmiarze części lepnej 51x55cm, w opakowaniu zbiorczym a'20szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.379.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**51. Pakiet 1, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foli w opakowaniu zbiorczym a'6szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**52. Pakiet 22, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na ramię C o parametrach:

3 – częściowa:

-górna z elastyczną gumką 100cm x 160cm

-dolna z elastyczną gumką 80cm x 150cm

2 taśmy przyklepne 3cm x 100cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków hemostatycznych najnowszej generacji (na bazie nieutlenionej celulozy) służący do tamowania krwawień od lekkich do ciężkich tętniczych i żylnych, wchłaniający krew do 3500% swojego ciężaru, całkowicie biowchłaniający do 7 dni, niewywierający ucisku na sąsiednie tkanki, stosowany bez ucisku, namaczania, nie przywierający do narzędzi i rękawic, idealny do zastosowania w zabiegach laparoskopowych przechodzący przez port o wielkości 5 mm?

Wyrób medyczny III klasa.

Dostępne rozmiary to:

- 10x10x0,05 cm
- 7,5x5x0,05 cm
- 5x5x0,05 cm

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

PREZES ZARZĄDU

*Leszek Mazurek*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.379.000