

SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin 10.01.2018

INFORMACJA

Dotyczy: Postępowanie na dostawy implantów do zabiegów kostnych 27/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 2 ust. 4) oraz udostępnienia (dot. § 2 ust. 3), których wzory przesyłamy w załączeniu?

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu w Nowym Tomyślu pomiędzy:

..... wpisanym do.....pod numerem....., NIP.....,
REGON.....,
reprezentowanym przez:

1).....

2)
zwanym dalej Przechowawcą
a

reprezentowanym przez:

1).....

2)

zwanym dalej Składającym.

§1

Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się
_____ – osoba nadzorująca podmagazyn

Pani/Pan _____

Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan _____

§2

Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.195.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.

Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.

O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąża Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.

Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, poczynawszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od do
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.195.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:.....

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)
A)
B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- **PILNE!**

Pieczętka i podpis



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin
tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359
sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.195.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości
i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- 1.
- 2.
- 3.

Data i podpis osoby przyjmującej

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniur. pomiędzy:

.....
.....

reprezentowanym przez:

- 1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....

reprezentowaną przez:

1.
2.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.195.000

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka zobowiązuje się oddać Klientowi do używania (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki.....
Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wdzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane użytkowaniem niezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy


Spółka udostępni Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urzędzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres oddo r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane wzory umów przechowania oraz udostępnienia.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 6:

Za nieterminową dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu **0,5 %** wartości brutto nie dostarczonej dostawy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostarczeniu towaru.**

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 2- Endoproteza bezcementowa, cementowana stawu biodrowego oraz panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego

3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści zaoferowanie endoprotez o następujących parametrach:

Poz.1 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

Trzpień prosty, uniwersalny, bezkońierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138° opcjonalnie dostępny trzpień lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.195.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

dotądowo hydroksyapatytem , dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138° w dziesięciu rozmiarach.

Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi) dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm.

Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm.

Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu CoCrMo w 4 długościach szyjki.

Ostrze do piły oscylacyjnej

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Poz.2 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard , bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138° opcjonalnie dostępny trzpień lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem , dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138° w dziesięciu rozmiarach.

Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi) dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm.

Wkładki do panewek bezcementowych z ceramiki Biolox Delta standard, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.

Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm i 40mm w 3-ch długościach szyjki.

Ostrze do piły oscylacyjnej

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Poz.3 – Endoproteza cementowana stawu biodrowego

Trzpień prosty, cementowany, bezkołnierzowy, niewymagający centralizera,

samocentrujący się w kanale. Powierzchnia trzpienia pokryta podłużnymi rowkami zapewniającymi odpowiednie zakotwiczenie. Kąt CCD stały 138 stopni, stożek eurokonus 12/14.




„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin
tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359
sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.195.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Dostępny w wersji standardowej w 10 rozmiarach oraz w wersji lateralizowanej (szyjka protezy przesunięta przyśrodkowo) w 5 rozmiarach.

Panewka polietylenowa typu Müllera wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28mm lub 32 mm, średnica zewnętrzna od min. 44 mm do min. 58 mm, skok co 2 mm.

Głowa metalowa ze stopu CoCrMo o średnicy 28mm lub 32mm w minimum czterech długościach szyjki.

Ostrze do piły oscylacyjnej.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Poz.4 – Endoproteza cementowana stawu biodrowego

Trzpień prosty, cementowany, bezkołnierzowy, niewymagający centralizera,

samocentrujący się w kanale. Powierzchnia trzpienia pokryta podłużnymi rowkami zapewniającymi odpowiednie zakotwiczenie. Kąt CCD stały 138 stopni, stożek eurokonus 12/14.

Dostępny w wersji standardowej w 10 rozmiarach oraz w wersji lateralizowanej (szyjka protezy przesunięta przyśrodkowo) w 5 rozmiarach.

Głowa bipolarna dwuczęściowa tzn. osobno głowa wewnętrzna i głowa zewnętrzna.

Głowa zewnętrzna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy od minimum 42 mm do minimum 60 mm ze skokiem co 1 mm.

Głowa wewnętrzna metalowa CoCrMo o średnicy 28 mm w min. czterech długościach długości szyjki.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Poz.5. - Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego.

Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit multihole wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej dla ułatwienia osteointegracji, z otworami do śrub stabilizujących na całym obwodzie panewki, wyposażona fabrycznie w zaślepkę do śródoperacyjnego usunięcia, w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm.

Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm.

Spacery do uzupełniania ubytków kostnych w panewce; wykonane ze stopu tytanowego o strukturze kości gąbczastej dla poprawy osteointegracji (beleczki w strukturze spaceru o średnicy 330-390 µm. Spacery dostępne w trzech wysokościach 10mm, 15mm i 20mm dla każdej z czterech średnic (54mm, 58mm, 62mm i 66mm).



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.195.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Wkręty do mocowania, o średnicy 6,5mm i długościach 20 – 60mm- skok co 5 mm,

głowa metalowa CoCrMo w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22mm, 28mm, 32mm, 36mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1** dopuści możliwość zaferowania implantów wykonanych z tytanu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 A Płytkę do dalszego końca kości udowej poz. 1** wyrazi zgodę na zaferowanie: płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej boczna, płyta prawa/lewa. Długość płyty: 156, 196, 236, 276, 316 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm. Otwory gwintowane pod śruby gwintowane (blokowane) 5,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 B Płytki do dalszego końca kości piszczelowej poz. 1** wyrazi zgodę na zaferowanie: płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, płyta prawa/lewa. Długość płyty przedniobocznej: 80, 106, 132, 158, 184, 210 i 236 mm; długość płyty przyśrodkowej: 116, 142, 168, 194, 220 i 246 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i 2,7 mm. Otwory gwintowane pod śruby gwintowane (blokowane) 3,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 B Płytki do dalszego końca kości piszczelowej poz. 2** wyrazi zgodę na zaferowanie śruby blokującej 3,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 B Płytki do dalszego końca kości piszczelowej poz. 4** wyrazi zgodę na zaferowanie śruby korowej 2,7 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 B Płytki do dalszego końca kości piszczelowej poz. 5** wyrazi zgodę na zaferowanie zaślepki blokowanej gwintowanej do otworu płytki, grubość 3,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 C Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej poz. 1** wyrazi zgodę na zaferowanie: płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, płyta prawa/lewa. Długości płyty: 81, 107, 133, 159, 185, 211 i 237 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane pod śruby gwintowane (blokowane) 3,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 C Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej poz. 2** wyrazi zgodę na zaferowanie śruby blokującej 3,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 C Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej poz. 5** wyrazi zgodę na zaferowanie zaślepki blokowanej gwintowanej do otworu płytki, grubość 3,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 D Płytki do części dalszej kości ramiennej poz. 1** wyrazi zgodę na zaferowanie: Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespołów złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzi a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (prawe i lewe); b) płytki blokowane od strony tylnobocznej nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe); c) płytki blokowane od strony tylnobocznej z hakiem nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe); d) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 2 do 14 w zależności od rodzaju płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane o średnicy 2,4/2,7/3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne o średnicy 3,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.195.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

14. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 D Płytki do części dalszej kości ramiennej poz. 2** wyrazi zgodę na zaferowanie śruby blokowanej 2,4 i 2,7 mm, długość 10-60 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 D Płytki do części dalszej kości ramiennej poz. 3** wyrazi zgodę na zaferowanie śruby blokowanej 3,5 mm, długość 10-70 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 D Płytki do części dalszej kości ramiennej poz. 4** wyrazi zgodę na zaferowanie śruby korowej 2,7 mm, długość 8-60 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10 poz. 1-6** dopuści możliwość zaferowania gwoździ tytanowych w wersji litej i kaniulowanej?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

18. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10 poz. 3** dopuści możliwość zaferowania gwoździ śródszpikowych do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej według własnych rozwiązań konstrukcyjnych tj.: gwoździe krótki o długościach 180, 220 i 260 mm oraz gwoździe anatomiczny – długi (prawy i lewy) o długościach 300, 340, 380, 420 i 460 mm – przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

19. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10 poz. 3** dopuści możliwość zaferowania śruby szyjkowej teleskopowej ze śrubą kompresyjną M4?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

20. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10 poz. 4** dopuści możliwość zaferowania gwoździ bez możliwości użycia wkładek polietylenowych (PEEK)? Dopuszcza to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

21. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10 poz. 5** dopuści możliwość zaferowania gwoździa śródszpikowego do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej wprowadzanego od głowy kości ramiennej z zagięciem trzonowo nasadowym 7-stopni?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

22. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10 poz. 6** dopuści możliwość zaferowania gwoździa śródszpikowego do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej, wprowadzanego odkolanowo z trzema otworami ryglującymi w części dalszej gwoździa?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

23. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10 poz. 7** dopuści możliwość zaferowania Biodrowego stabilizatora dynamicznego składającego z:

- płytki dynamicznej biodrowej (DHS) od 2 do 20 otworów, o długości L= 48-336mm
- śruby kompresyjnej o długości L=32mm
- śruby szyjkowej DHS/DCS o średnicy: Ø12,5mm i Ø16mm dla kości osteoporotycznej, o długości L=55-150mm oraz długości gwintu 22mm i 27mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.195.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet nr 6

24. Czy Zamawiający może doprecyzować jak ma być zasilany system płuczący wymagany w pakiecie nr 6 poz. 2 – bateryjnie czy sprężonym powietrzem?

Odpowiedź: System płuczący wymagany w pakiecie nr 6 poz.2 ma być zasilany bateryjnie.

Pakiet nr 9

25. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PREZES ZARZĄDU
Leszek Mazurek



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.195.000

