

SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 20.06.2018 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni 5/2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu VI

1. Czy Zamawiający dopuszcza folię o grubości 52mikrometrów z tolerancją +/-8%?
Odpowiedź : Podtrzymujemy zapisy SIWZ
2. Czy Zamawiający dopuszcza temp. zgrzewania w zakresie 180-190 st. C?
Odpowiedź: Tak.
3. Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce rękawa 50 x 200 rękaw 55 x 200?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2 . Dotyczy Pakietu V

1.Czy Zamawiający dopuści do oceny włókninę sterylizacyjną o rozmiarze 75cm x 75cm, zamiast 80cm x 80cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

2.Dotyczy Pakietu VI

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 125mm, zamiast 120mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3

1. Dotyczy Pakiet nr II, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści test zgrzewu o szerokości ok.172mm?
Odpowiedź: Tak.
2. Dotyczy Pakiet nr VI: Czy Zamawiający dopuści rękawy składające się łącznie z 5 warstw foli, zgrzewane w temperaturze 150-190°C, przy zachowaniu pozostałych parametrów jakościowych wymaganych przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak.
3. Dotyczy Pakiet nr VI i VII: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające oznaczenie znakiem CE wyłącznie na opakowaniu zbiorczym?
Odpowiedź : Odpowiedź: Tak.
4. Dotyczy Pakiet nr VII: Czy Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji plazmowej nieposiadające napisów w języku polskim. W placówce szpitalnej z wyżej wymienionych rękawów korzysta wyłącznie profesjonalna kadra, stąd oznaczenia/piktogramy zamieszczone na rękawie oraz dołączona do dostawy instrukcja obsługi w języku polskim z pewnością wystarczą do prawidłowego użytkowania oferowanych rękawów.
Odpowiedź : Podtrzymujemy zapisy SIWZ
5. Dotyczy Pakiet nr VII: Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: Tak.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

6. Dotyczy Pakiet nr VII: W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy o określenie czy w razie otrzymania ułamkowej ilości rolek, wycenić ułamkową ilość rolek, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę)?
Odpowiedź: Należy zaokrąglić w górę
7. Dotyczy Pakiet nr VIII, pozycja 1: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Poddział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź : Podtrzymujemy zapisy SIWZ
8. Dotyczy Pakiet nr VIII, pozycja 2 i 3: Czy Zamawiający dopuści testy posiadające inne barwy wyjściowe wskaźników oraz inne kolory przebarwienia po ekspozycji na czynnik sterylizujący. Test przebarwiają się w sposób jednoznaczny i wyraźny.
Odpowiedź: Tak.
9. Dotyczy Pakiet nr IX, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści szczotkę o długości 19cm, średnicy stożkowej końcówki 8mm, oraz wymiarach okrągłej kocówki 40mmx45mm?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4

1. Pakiet V – czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze 59 g/m², prosimy o dopuszczenie zamiast rozmiaru 80x80 cm – rozmiar 90x90 cm.

Odpowiedź: Tak.

Pakiet V – czy Zamawiający dopuści włókninę na podstawie deklaracji zgodności bez podawania parametrów, o których mowa w wymogach dot. Produktów.

Odpowiedź : Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pakiet VI – Prosimy o dopuszczenie rękawa o szerokości 125 mm w miejsce rękawa 120 mm

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie 5.

Pakiet I:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie papieru krepowanego o gramaturze 60±2 g/m²?

Odpowiedź : Tak.

Pakiet I:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie papieru krepowanego ze zgodnością normą PN EN 868 cz 2 oraz ISO 11607-1, z wyłączeniem PN EN 868 cz. 1?

Odpowiedź : Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pakiet V:

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie włókniny o następujących parametrach:

- zawartość chlorków nie więcej niż 0,03%

- zawartość siarczanów nie więcej niż 0,12%

- wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1150 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 1700 mN w kierunku poprzecznym

- wydłużenie do zerwania min. 10% w obu kierunkach?

Odpowiedź : Tak.

Pakiet V poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie włókniny w rozmiarze 75x75cm w miejsce wymaganej 80x80cm?

Odpowiedź : Tak.

Pakiet V poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie włókniny w rozmiarze 90x90cm w miejsce wymaganej 80x80cm?

Odpowiedź: Tak.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000

Pakiet VI:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego o następujących parametrach:

- folia 7-warstwowa z warstwą kleju - Odpowiedź : Tak.
- kolor folii przezroczysty niebieski - Odpowiedź : Tak.
- wskaźniki do sterylizacji para wodna, tlenek etylenu i formaldehyd -Odpowiedź : Tak.
- brak nazwy wytwórcy – Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
- posiadające oznaczenia od strony papieru: nr LOT, piktogram kierunku otwierania oraz rozmiar – Odpowiedź : Podtrzymujemy zapisy SIWZ
- posiadające znak CE na rękawie? - Odpowiedź : Tak.

Pakiet VII:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów typu Tyvek o następujących parametrach?

- gramatura 64,4 g/m²
 - temperatura zgrzewania 105-125 stopni C
 - brak nazwy wytwórcy
 - posiadające oznaczenia od strony papieru: nr LOT, piktogram kierunku otwierania oraz rozmiar
- Odpowiedzi : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
- posiadające znak CE na rękawie - Odpowiedź : Tak.

Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 6 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź : Podtrzymujemy zapisy SIWZ

2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź : Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie 6.

1 – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 (pakiet VII)


Czy Zamawiający dopuści rękawy spełniające opis SIWZ w rolkach po 70 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy określić sposób zaokrąglenia oferowanej ilości.

Odpowiedź : Tak. Zaokrąglenie w górę do pełnych rolek.

2 – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 (pakiet X, poz. 1)

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1 pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (10C)? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu jakiej wymaga Zamawiający.

Odpowiedź : Tak wymagamy.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

3 – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 (pakiet X, poz. 2)

Czy Zamawiający wymaga, aby substancja testowa była zgodna z wymaganiami normy ISO 15883-5 i symulowała różne zanieczyszczenia organiczne jakie mogą znajdować się na narzędziach?

Odpowiedź : Tak wymagamy.

4 – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 (pakiet X, poz. 2)

Czy Zamawiający wymaga, aby substancja testowa była utrwalona na arkuszu i nie wymagała zastosowania w każdym opakowaniu papierków oddzielających arkusze testowe zapobiegające samoistnemu odbarwieniu?

Odpowiedź : Dopuszczamy nie wymagamy.

5 – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 (pakiet X, poz. 2)

Czy Zamawiający wymaga, aby substancja testowa była naniesiona warstwowo w celu jeszcze większego odwzorowania faktycznych utrudnień jakie mogą występować w procesie maszynowego mycia?

Odpowiedź :Dopuszczamy nie wymagamy.

6 – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 (pakiet X, poz. 4)

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli przez określenie "szybki", podając maksymalny czas reakcji testu. Na rynku są dostępne rozwiązania, które dają wynik już po 5-10 sekundach.

Odpowiedź :Dopuszczamy reakcję –wynik do 60 s.

7 – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 (pakiet X, poz. 4)

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli przez określenie "dokładny", podając wartość μg białka na jakie test powinien zareagować. Zalecenia mówią, że test pozostałości białkowych przeprowadzony na narzędziach litych, powinien reagować na zanieczyszczenia białkowe w ilości $\leq 3\mu\text{g}$. Na rynku są dostępne rozwiązania, które reagują na pozostałości białkowe już w ilości $1\mu\text{g}$.

Odpowiedź: Dopuszczamy testy o reagujące na zanieczyszczenia białkowe $\leq 3\mu\text{g}$.

8 – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 (pakiet X, poz. 4)

Czy Zamawiający wymaga testów gdzie wymazówki są pojedynczo zapakowane, a substancja testowa jest w osobnych fiolkach; czy testów, w których w jednym przyrządzie znajduje się wymazówka i substancja testowa?

Odpowiedź :Dopuszczamy oba rozwiązania.

Pytanie 7

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Tak

2.Dotyczy Pakietu nr VI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawów papierowo – foliowych o zawartości w papierze chlorków 0,039 i siarczanów 0,024, wytrzymałości na przepuklenie na sucho 359kPa i na mokro 87kPa oraz folii 6 warstwowej, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ? Różnice pomiędzy obecnymi wymaganiami parametrami, a zaferowanymi są naprawdę niewielkie, a zgoda pozwoli na złożenie oferty większej ilości Wykonawców, nie tracąc przy tym na jakości.

Odpowiedź: Zawartości w papierze chlorków 0,039 i siarczanów 0,024 oraz folia 6 warstwowa – odpowiedź Tak , wytrzymałości na przepuklenie na sucho 359kPa i na mokro 87kPa - odpowiedź podtrzymujemy zapisy SIWZ.

3.Dotyczy Pakietu nr VII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy typu Tyvek o długości 70 mb z odpowiednim przeliczeniem, co pozwala na optymalizację zamówień i niższe koszty magazynowania?

Odpowiedź : Tak , z przeliczeniem w górę do pełnych rolek przy zachowaniu pozostałych parametrów.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

4. Dotyczy Pakietu nr X poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

Odpowiedź : Dopuszczamy wskazane rozwiązania , nie wymagamy.

5. Dotyczy Pakietu nr X poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach?

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

Odpowiedź : Dopuszczamy wskazane rozwiązania , nie wymagamy.

Pytanie 8

Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 5 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) w sposób następujący:

„6. Za nieterminową dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1 % wartości brutto danej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto tej dostawy .”

Odpowiedź : Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie 9

1. Pakiet 5 poz 2

Czy zamawiający dopuści włókninę spełniającą parametry wymagane w rozmiarze 75x75 cm?

Pakiet 5 poz 1

Odpowiedź: Tak.

2. Czy zamawiający dopuści do oceny włókninę o parametrach wymaganych przez zamawiającego z różnicą w podpunktach:

f) wytrzymałość na rozdarcie 1100 mN w kierunku walcowania oraz 1600 mN w kierunku poprzecznym

h) wydłużenie do zerwania w kierunku wytwarzania 11%, w kierunku poprzecznym 10%.

Odpowiedź: Tak.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Mazurek



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000

