

SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 20.07.2018 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń operacyjnych 7/2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

Pakiet nr 1

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do uniwersalnego wykonanego z laminatu spełniającego wymagania SIWZ oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do uniwersalnego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m² z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m² (łącznie gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m²) o właściwościach odporności i chłonności wyższych niż w SIWZ oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy zaoferowanie opisanego zestawu



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet nr 8

1. **Poz. nr 1-7** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych serwet chirurgicznych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknienia PP i PE) o gramaturze 55 g/m²?
Odpowiedź: Tak dopuszczamy
2. **Poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety chirurgicznej w rozmiarze 50x50cm?
Odpowiedź: Tak dopuszczamy
3. **Poz. nr 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety chirurgicznej w rozmiarze 45x75cm z okrągłym otworem o średnicy 7cm?
Odpowiedź: Tak dopuszczamy
4. **Poz. nr 4** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety chirurgicznej w rozmiarze 75x75cm?
Odpowiedź: Tak dopuszczamy
5. **Poz. nr 6** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety chirurgicznej w rozmiarze 50x60cm z okrągłym otworem o średnicy 7cm?
Odpowiedź: Tak dopuszczamy
6. **Poz. nr 8** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety na stół Mayo wzmocnionej o wadze podstawowej całości obłożenia 92 g/m²?
Odpowiedź: Tak dopuszczamy
7. **Poz. nr 9** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej kieszeni na narzędzia dwukomorową z taśmą lepną nierozpozyjonowaną w rozmiarze 43 cm x 38cm?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody
8. **Poz. nr 10** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 50 cm x 10cm?
Odpowiedź: Tak dopuszczamy
9. **Poz. nr 11** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej osłony na kończynę bez pasków samoprzylepnych w rozmiarze 35cm x 120cm?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Dotyczy Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład włókninowy w rozmiarze 220 x 80cm?

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Dotyczy Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra o następującym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta 75 x 90cm
- 1 serweta 150 x 200cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm
- 2 OP Taśmy 10 x 50cm
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm,
- 1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia

Sterylny, jednorazowego użytku. Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni. Osłona Mayo ze wzmocnieniem. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Na opakowaniu zaznaczony kierunek otwierania. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie. Gramatura 62 g/m². Zgodność z normą PN-EN 13795.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn o następującym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm; (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- 2 OP taśmy 10 x 50cm,
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 90cm
- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- 1 serweta główna 238cm x 320cm z samouszczelniającym otworem (ø 7cm), dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 50cm (część krytyczna pola operacyjnego), dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Sterylny, jednorazowego użytku. Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni. Osłona Mayo ze wzmocnieniem. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Na opakowaniu zaznaczony kierunek otwierania. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie. Gramatura 62 g/m². Zgodność z normą PN-EN 13795.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Dotyczy Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 50 x 80cm;
- 1 kieszeń dwukomorowa 30 x 40cm



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50
- 1 serweta główna w kształcie litery T 250/150 x300cm z otworem 35x35cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (szywnik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Sterylny, jednorazowego użytku. Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni. Osłona Mayo ze wzmocnieniem. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Na opakowaniu zaznaczony kierunek otwierania. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie. Gramatura 62 g/m². Zgodność z normą PN-EN 13795. Odporność na przenikanie cieczy min. 160cm H₂O.

Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Dotyczy Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru na fartuchu, celem łatwej identyfikacji. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm. Zawinięty w serwetę włókninową, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, niebieski, rozmiar XL. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH₂O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Dotyczy Pakiet 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm. Zawinięty w serwetę włókninową, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 40cmH₂O; Nadruk rozmiaru na fartuchu, celem łatwej identyfikacji. Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Wytrzymałość na wypychanie na sucho powyżej 115 kPa. Wytrzymałość na wypychanie na mokro powyżej 115 kPa. Rozmiar XL

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Dotyczy Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka o następującym składzie:

- 1 podkład wysokochłonny 60 x 60cm
- 1 serweta (owinięcie zestawu) 60 x 60cm
- 2 serwety poliestrowe bawełnopodobne (kocyki) 80 x 80cm
- 1 kocyk bawełniany, kolorowy 75 x 160cm



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

- 1 bawełniana czapeczka dla noworodka
- 1 szpatułka laryngologiczna, plastikowa
- 1 miarka (centymetr – długość 152cm)

Sterylny, jednorazowego użytku. Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier. Zgodność z normą PN-EN 13795. Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Do Umowy

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: W umowie zostanie wpisany służbowy adres mailowy osoby do kontaktu w sprawie realizacji.

Pytanie

Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu chirurgicznego uniwersalnego wzmocnionego - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m², o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, o chłonności min. 900% w strefie wzmocnionej oraz min. 300% w strefie nie wzmocnionej, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, zgodność z normą EN 13795.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pytanie

Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu uniwersalnego - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². O wysokiej wytrzymałości na zrywanie, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, zgodność z normą EN 13795.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pytanie

Pakiet 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu do chirurgii biodra z kieszenią na instrumenty chirurgiczne - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Materiał spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"
- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm
- 1 serweta o min. wym. 150x150cm
- 1 serweta o min. wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie

Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu chirurgicznego do chirurgii kończyny dolnej - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Materiał spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro 170kPA. Na opakowaniu zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem z uchwytem („rzepem”) do mocowania kabli i drenów
- 1 serweta o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pytanie

Pakiet 5, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu chirurgicznego do artroskopii stawu barkowego, kieszeń na instrumenty chirurgiczne - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O. Materiał spełniający wymagania normy EN 13795. O wysokiej wytrzymałości na zrywanie, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"
- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona (ekran anestezyjologiczny) o wymiarach min. 150x240cm
- 1 serweta pod kończynę o min. wym. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie

Pakiet 5, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu do chirurgii dłoni/ stopy z kieszenią na instrumenty chirurgiczne - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O. Materiał spełniający wymagania normy EN 13795. O wysokiej



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

wytrzymałości na zrywanie, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta do chirurgii dłoni/ stopy wzmocniona 225 x 320 cm z elastycznym otworem i zintegrowanym uchwytem na drenaż
- 2 ręczniki 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszka na instrumenty chirurgiczne 30 x 40cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie

Pakiet 6, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu chirurgicznego do cesarskiego cięcia - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 164 kPa, na sucho 187 kPa. Absorpcja włókniny min. 300% w strefie niewzmocnionej, min. 900% w strefie wzmocnionej. Materiał spełniający wymagania normy EN 13795.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna w kształcie litery T o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem z folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi
- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pytanie

Pakiet 7, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha z wstawkami: sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny pięciowarstwowej typu SMS (SMMMMS) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w ¾ rękawów chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, wszywka z rozmiarem na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha (widoczna przed rozłożeniem fartucha). Fartuch



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

zapakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami wiskozowymi do wytarcia rąk oraz zawinięty w serwetę włókninową, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, niebieski, rozmiar XL, o gramaturze 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 215 cmH₂O; Wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej min.(sucho/mokro) 150/140 Kpa.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie

Pakiet 7, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha bez wstawek: sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny pięciowarstwowej typu SMS (SMMMMS), u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar fartucha w postaci wszywki na każdym fartuchu, w opakowaniu dodatkowe dwie ściereczki z wiskozy do wytarcia rąk o rozmiarze 40x40 cm, oraz zawinięcie w serwetę z włókniny, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina o gramaturze 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5 cmH₂O; Oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki na każdym, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha, rozmiar XL. Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro) 95/90 N

-Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref ≥ 140 kPa

-Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 130 kPa

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie

Pakiet 8, poz. 1 - 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww pozycjach serwety o wyższej gramaturze min. 62 g/m²

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pytanie

Pakiet 8, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania dwuwarstwową jałową serwetę w rozmiarze 100cm x 150cm

Odpowiedź: Tak dopuszczamy, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie

Pakiet 8, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania dwuwarstwową jałową serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 7cm

Odpowiedź: Tak dopuszczamy, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie

Pakiet 8, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania dwuwarstwową jałową samoprzylepną serwetę w rozmiarze 75x45cm



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350

fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl


www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328

REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Odpowiedź: Tak dopuszczamy, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie

Pakiet 8, poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłona na stół Mayo, wykonana z folii polietylenowej o grubości 0,065 mm dodatkowo wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m², rozmiar 80 x 145 cm.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie

Pakiet 8, poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania samoprzylepną kieszeń na narzędzia chirurgiczne dwukomorowa, o rozmiarze 40 x 30 cm.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie

Pakiet 8, poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 35x125 cm bez taśmy samoprzylepnej.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład:

-Serwety o rozmiarze 240x150 z przylepcem -1szt

-Serwety o rozmiarze 90 x 75 z przylepcem na szerszym boku -2szt

-Serwety o rozmiarze 180x180 z przylepcem -1szt

Serwety wykonane z laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze 43g/m² o

wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, zgodność z normą PE EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych

-serwety na stół Mayo składanej w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 145 x 78-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie ułatwiające zakładanie pokrowca

--serwety na stół instrumentalny 190 x 150-1szt. wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej.

- 2 ręczniki do rąk

- 1 taśma mocująca

-etykiety typu TAG składające się z części nieusuwalnej na której znajdują się :nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, indeks wyrobu oraz 4 naklejek na których znajduje się min. indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta (nazwa brandu)

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pytanie - dotyczy pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 2 niżej opisanego zestawu?
Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład:

- Serwety o rozmiarze 240x150 z przylepcem-1szt-
- Serwety o rozmiarze 90 x 75 z przylepcem na szerszym boku -2szt
- Serwety o rozmiarze 180x180 z przylepcem-1szt

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60gr/m², o chłonności minimalnej 458%, o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, zapewniający wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, a dzięki delikatnej warstwie ochronnej wykazuje dobre właściwości absorpcyjne, zgodność z normą PE EN 13795,

-serwety na stolik Mayo składanej w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 145 x 78-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie ułatwiające zakładanie pokrowca

--serwety na stół instrumentalny 190 x 150-1szt. wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej.

-serwetek do rak o wymiarze 30,5x34 cm-2szt

-taśmy medycznej 50cm x 9cm

-etykiety typu TAG składające się z części nieusuwalnej na której znajdują się :nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, indeks wyrobu oraz 4 naklejek na których znajduje się min. indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta (nazwa brandu)

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 1 niżej opisanego zestawu?
Jałowy zestaw do operacji biodra. W skład zestawu wchodzi:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm , w której niewłókninowa część wykonana jest z jednokolorowej folii z dodatkową warstwą chłonną w innym kolorze o wymiarach 75x190cm

1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 78cm x 145cm warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o wymiarach 65 x 85 ,

1 osłona ortopedyczna na kończynę w rozmiarze 36cm x 120cm z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) 60g/m²

1 serweta samoprzylepna w rozmiarze 260cm x 230cm z wycięciem w kształcie litery "U" (20cm x85cm)posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym gramatura obszaru wzmocnionego 140g/m² (materiał podstawowy plus wzmocnienie) z organizatorami przewodów,

1 serweta (ekran anestezyjologiczny) o rozmiarze 150x300 z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku, posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym, gramatura obszaru wzmocnionego 140g/m² (materiał podstawowy plus wzmocnienie) z organizatorami przewodów

1 serweta nieprzylepna (podkład pod biodro) o rozmiarze 150cm x 100cm

Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 60 g/m².

2 taśmy samoprzylepne (włókninowe) o rozmiarze 9cm x 50cm,

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę brandu jednoznacznie identyfikującą producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

instrumentalny. Na opakowaniu zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 2 niżej opisanego zestawu? Sterylny zestaw do operacji kolana w następującym składzie:

- a) 4 x ręczniki 30,5x34 cm, wykonane z chłonnej, włókniny celulozowej o gramaturze 55g/m²
- b) 1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu (PE+PP) o wymiarach 65 x 85 cm (+/- 5 cm))
- c) 2x taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm, wykonana z włókniny
- d) 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 36x65 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego PE+PP 60g/m²
- f) 1 serweta operacyjna o wymiarach 300 cm x 230 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm, chłonna na całej powierzchni, wyposażona w dodatkową warstwę chłonną w strefie krytycznej, oraz zintegrowane organizery do przewodów i drenów. Gramatura strefy wzmocnionej (krytycznej 140g/m²)
- g) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm.

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 168 kPa, klej z możliwością repozycji. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające oklejanie papieru zabezpieczającego. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać zaznaczony kierunek otwierania, oraz cztery samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje min.: nazwa brandu, jednoznacznie identyfikująca producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do operacji barku. Skład:

- serwety o rozmiarze 260cm x 230cm z wycięciem U o wymiarach 85x20cm i przylepcem, z dodatkową warstwą chłonną i organizatorami przewodów
- serwety o rozmiarze 300cm x 150cm z przylepcem, z dodatkową warstwą chłonną i organizatorami przewodów
- pokrowca na kończynę górną pacjenta o wymiarach 120cm x 36cm
- serwety pod kończynę górną pacjenta o wymiarach 100cm x 150cm



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60gr/m², o chłonności minimalnej 458%, z dodatkową warstwą chłonna o gramaturze 140g/m² i chłonności 990%, o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, zapewniający wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, a dzięki delikatnej warstwie ochronnej wykazuje dobre właściwości absorpcyjne, zgodność z normą PE EN 13795,

- taśmy medycznej o wymiarach 50 cm x 9cm -2szt.

-serwety na stolik Mayo składanej w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 145 x 78-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie pokrowca ułatwiające zakładanie pokrowca

- serwety na stół instrumentalny o rozmiarze 190 x 150-1szt, wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz.2 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do operacji dłoni/ stopy. Skład:

-Serweta o rozmiarze 300cmx230 z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm i przyklepcem-1szt. Serweta wykonana z laminatu

dwuwarstwowego o gramaturze 60gr/m², i chłonności 548%, z dodatkową warstwą chłonna o gramaturze 140g/m² i chłonności 990%, o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, stanowiącego całkowitą

barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, zapewniający wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, a dzięki delikatnej warstwie ochronnej wykazującej dobre właściwości absorpcyjne, zgodność z normą PE EN 13795,

-serwety na stolik Mayo składanej w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 145 x 78-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie pokrowca ułatwiające zakładanie pokrowca

- serwety na stół instrumentalny o rozmiarze 190 x 150-1szt, wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej.

-serwetek do rąk o wymiarach 30,5cm x 34cm-4szt

- taśma mocująca 9x50cm

-etykiety typu TAG składające się z części nieusuwalnej na której znajdują się :nazwa wyrobu, skład zestawu,

informacja dodatkowa, indeks wyrobu oraz czterech naklejek na których znajduje się min. indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta (nazwa brandu)

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cięcia cesarskiego. Skład:

a) Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach 230 x 330cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w otwór o wymiarach 36x36cm wypełniony folią chirurgiczną, otwór otoczony workiem z usztywnionym brzegiem przechwytyjącym płyny. Worek nie posiada zawór do podłączenia drenu.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350

fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl

www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328


REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

b) serweta -owinięcie noworodka, wykonane z materiału bawełnopodobnego 75x120cm - 1 szt.

c) niebieska osłona na stolik Mayo 78 x 145cm - 1 szt.

d) taśma samoprzylepna 9x50cm - 1 szt.

e) ściereczki chłonne celulozowe, 30,5 x 34cm- 4 szt.

Całość owinięta w serwetę 150 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika.

Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP / folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m² i spełniają wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010.

Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H₂O.

Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 168/168 kPa

Absorpcja włókniny - 458 %.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pakiet nr 1, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

Serwety wykonane z dwuwarstwowego materiału: warstwy nieprzemakalnej folii polietylenowej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej (włóknina polipropylenowa) warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m². Chłonność serwet na poziomie min. 600%. Zgodność z normą PN-EN 13795.

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu.

Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do dokumentacji, na których znajduje się indeks wyrobu, numer serii, data ważności, identyfikacja producenta.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pakiet nr 1, poz. 1,2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

Serwety wykonane z dwuwarstwowego materiału: warstwy nieprzemakalnej folii polietylenowej o gramaturze 30 g/m² oraz włókninowej (włóknina polipropylenowa) warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 60 g/m². Chłonność serwet na poziomie min. 600%. Zgodność z normą PN-EN 13795 oraz PN-EN 10993 w części 5 oraz 10.

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350

fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl

www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328

REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519,000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu.

Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do dokumentacji, na których znajduje się indeks wyrobu, numer serii, data ważności, identyfikacja producenta.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu pakowanego a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet nr 4, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra o następującym składzie:

Serwety wykonane z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów. Zgodne z wysokimi wymaganiami normy PN-EN 13795.

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm,

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5 cm x 34 cm

3 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 120 cm wykonana z neoprenu 88µm

1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² oraz dwuwarstwowej włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Cały zestaw owinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Na opakowaniu informacja o kierunku otwierania oraz 4 naklejki typu TAG do dokumentacji, na których znajduje się indeks wyrobu, numer serii, data ważności, identyfikacja producenta.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pakiet nr 4, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kolana o następującym składzie:

Serwety wykonane z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów. Zgodne z wysokimi wymaganiami normy PN-EN 13795, wytrzymałość na wypychanie >172 kPa.

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm,

4 x ręcznik celulozowy o wymiarach 30,5 cm x 34 cm



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² oraz dwuwarstwowej włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².
Cały zestaw owinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Na opakowaniu informacja o kierunku otwierania oraz 4 naklejki typu TAG do dokumentacji, na których znajduje się indeks wyrobu, numer serii, data ważności, identyfikacja producenta.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pakiet nr 6, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego:

1 x serwetka samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x serwetka chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serwetka wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13795, odporność na przenikanie cieczy 41,7 cm H₂O. Cały zestaw owinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pakiet nr 7, poz. 1,2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha bez metki z informacją o producencie fartucha?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pakiet nr 7, poz. 1,2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z ręcznikami celulozowymi o wymiarach 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet nr 7, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z owinięciem papierem krepowym lub włókniną?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet nr 7, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o nieprzemakalności w strefie krytycznej min.50,47 cm H₂O?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pakiet nr 8, poz. 1,2,4,5,6,7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 56 g/m²?



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet nr 8, poz. 2,3,4,5,6,7 – Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m².

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pakiet nr 8, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 100cm x 150cm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet nr 8, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety samoprzylepnej o wymiarach 90cm x 150cm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet nr 8, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 45cm x 75cm z otworem samoprzylepnym o wymiarach 6cm x 8cm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet nr 8, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50cm x 75cm z otworem samoprzylepnym o wymiarach 6cm x 8cm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet nr 8, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50cm x 70cm?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pakiet nr 8, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 45cm x 75cm z otworem samoprzylepnym o wymiarach 6cm x 8cm?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pakiet nr 8, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50cm x 75cm z otworem samoprzylepnym o wymiarach 6cm x 8cm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet nr 8, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stół Mayo o wymiarach 80cm x 140cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (folia polietylenowa + włóknina) o gramaturze 80 g/m²?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet nr 8, poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni dwukomorowej na narzędzia o wymiarach 40cm x 30cm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet nr 8, poz. 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy medycznej o wymiarach 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet nr 8, poz. 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 35cm x 120cm wyposażonej w jedną taśmę samoprzylepną o wymiarach 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie spełnienia wymogów przez oferowane serwety, wykonawca do oferty dołączył karty danych technicznych?

Odpowiedź: Tak. Wprowadzamy wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań np. kart danych technicznych.

Pakiet 5 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji barku zawierający dwie sztuki serwetek do rąk zamiast czterech sztuk? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 5 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 300x240cm bez przylepca – serweta jest z elementem elastycznym, dlatego też przylepiec jest w tej serwecie zbędny i niefunkcyjalny?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 7, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wstawkami, posiadający pieczętkę z rozmiarem, bez nadruku normy, o wytrzymałości na rozerwanie w strefie krytycznej min. (sucho/mokro) 65/64 kPa i w strefie mniej krytycznej min. 52,1 kPa na sucho, pakowany z dwoma ściereczkami z włókniny kompresowej? Reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pakiet 7, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści fartuch bez wstawek, posiadający pieczętkę z rozmiarem, bez nadruku normy, o nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 36 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho dla obu stref min. 44 kPa i na mokro dla strefy krytycznej min. 43 kPa, pakowany z dwoma ściereczkami z włókniny kompresowej w rozmiarze 40x20 cm oraz zawinięciem w niebieski papier krepowany?

Nie wyrażamy zgody



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet 8 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o gramaturze 56 g/m², w rozmiarze 45x75cm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 8 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 8 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o gramaturze 43 g/m², w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 8cm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 8 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o gramaturze 56 g/m², w rozmiarze 75x45cm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 8 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 8 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 8 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 8 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o składzie:

- masa włókniny 24g/m²

- grubość folii 50 µm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 8 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia w rozm. 42x35 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 8 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pokrowca na kończynę w rozmiarze 120x37cm, z dwie taśmami w rozmiarze 50x9cm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy



CERT
POLSKA AKADEMIA JAROCIEC
PN-EN ISO 9001:2009
Certyfikat nr:
748/06/2017/R

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet 11 poz. 1:

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiający wymaga odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H₂O?

Odpowiedź: Tak , zmieniamy wartość wskazanego parametru na 250 cm H₂O.

Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 6 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy siwz

2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy siwz

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aplikację w sterylnych warunkach sali operacyjnej

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Zdolność absorpcji cieczy wg metody badań EN ISO 9073-6- 300%. Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Zdolność absorpcji cieczy wg metody badań EN ISO 9073-6- 340%. Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm
- 4 ręczniki do rąk 30 x 40 cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aplikację w sterylnych warunkach sali operacyjnej
- 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne, dwuwarstwowe wzmocnione 75 x 90 cm
- 1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa wzmocniona 175 x 180 cm
- 1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa wzmocniona 150 x 250 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Zdolność absorpcji cieczy wg metody badań ISO EN ISO 9073-6- 370%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pakiet 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie stosowanego obecnie na Bloku Operacyjnym zestawu z serwetami, w których gramatura obszaru wzmocnienia wynosi 109,5 g/m², a warstwa chłonna w osłonie na stół Mayo ma rozmiar 75 x 90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie stosowanego obecnie na Bloku Operacyjnym zestawu z serwetami, w których gramatura obszaru wzmocnienia wynosi 109,5 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Odpowiedź: Tak dopuszczamy



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 50 x 50 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 100 x 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 8 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety z otworem o średnicy 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pakiet 8 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety na stolik Mayo wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 65 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Dotyczy treści SIWZ pkt. VIII pptk 5.1)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia próbek do pakietu 9 poz. 1- 4. Opisany w tym pakiecie asortyment to zestawy indywidualne, które są tworzone na indywidualne zamówienie Zamawiającego.

Prosimy o wyrażenie zgody na weryfikację oferowanych w pakiecie 9 produktów w oparciu o wystawione przez producenta Karty danych technicznych, potwierdzające wymagania zawarte w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia próbek do pakietu 9 poz. 1- 4.

Jednocześnie wprowadzamy wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań np. kart danych technicznych dla pakietu 9.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Tomasz Roguszczyk

PREZES ZARZĄDU
Leszek Mazurek



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000 PLN