



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Jarocin, 20.08.2018 r.

## INFORMACJA

**Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych 9/2018**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

Dotyczy pakietu 10:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunki hydrokoloidowe składały się z trzech różnych hydrokoloidów?  
*Odpowiedź: Zamawiający wymaga.*

### **PAKIET NR 5**

2. Poz. nr 1,2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie wiązania min. 4 min?  
*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

3. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych w rozmiarze 3m x 14cm?  
*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

### **PAKIET NR 11**

4. Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych w rozmiarze 10x10 cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.*

5. Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm? 7,5

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.*

6. Poz. nr 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych 4- warstwowych, 30 g/m2, jałowych, 5x5cm, pakowanych w opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

### **PAKIET NR 13**

7. Poz. nr 1,2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych 12-warstwowych? Pozostałe parametry bez zmian.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



**SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE**

**PAKIET NR 15**

8. Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet gazowych 20-nitkowych, 4-warstwowych, z tasiemką, 45cmx45cm, posiadających element radiacyjny w postaci niebieskiej taśmy radiacyjnej - chip pvc wszytego w zwinięty brzeg serwety (dł. ok. 10 cm)?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**Dotyczy Pakietu 16**

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 16 na dostarczenie 1szt. próbki w najmniejszym rozmiarze - są to te same opatrunki tylko w różnym rozmiarze?

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pakiet nr 3, poz. 1**

10. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie transparentnego opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 6 x 8 - plaster w ww. rozmiarze zapewnia lepsze mocowanie kaniuli oraz daje większy komfort pacjentowi.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pakiet nr 3, poz. 1**

11. Proszę o dopuszczenie opatrunku bez metki do oznaczenia.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pakiet nr 3, poz. 1**

12. Czy Zamawiający wymaga plastra do kaniul posiadającego dodatkową podkładką, oprócz gazika z miękkiej wiskozy na końcu rozcięcia?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.*

**Pakiet nr 3, poz. 2**

13. Proszę o odpuszczenie transparentnego opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 7x8,8 cm z dodatkowym wzmocnieniem włókniną na skrzydełkach, bez metki do oznaczenia.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pakiet nr 7, poz. 7-9**

14. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**Pakiet nr 7, poz. 7-9**

15. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków z hipoalergicznym klejem akrylowym.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pakiet nr 7, poz. 7**

16. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10x10 cm zamiast 10x6 cm w opakowaniu a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**Pakiet nr 7, poz. 8**

17. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 15x10 cm zamiast 15x8 cm.  
*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**Pakiet 18**

18. Czy Zamawiający dopuści siatkę o wymiarach 8 x 15 cm, pozostałe parametry bez zmian?  
*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 1 siatkę o wymiarach 8x15 cm.*

19.

**Dotyczy pakiet 20**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia oferty - Pokrowiec - osłona na przewody typu "TUBUS" aparatury medycznej, sterylny, jednorazowego użytku, koloru przezroczystego w rozmiarze 15x244cm, jałowa;

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

20.

**Dotyczy pakiet 21**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia oferty - Foliowa przezroczysta osłona do zabezpieczenia ramienia "C" aparatu RTG w rozmiarze 104x230cm, jałowa;

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**Pakiet 1 poz. 1-5**

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dopuszczenia folii operacyjnej z klejem przyjaznym dla skóry? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**Pakiet 24**

22. Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm wykonane ze wzmocnionej włókniny celulozowej o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, pakowane a'2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*




„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin  
tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359  
sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



**SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE**

**Pakiet nr 19, pozycja 1**

23. Czy Zamawiający wymaga utlenionej, regenerowanej celulozy?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.*

24. Czy Zamawiający zrezygnuje z dostaw „cito” w ciągu 24 godzin w przypadku pakietu 10, 25 i 26 z tego względu, że nie są to leki ratujące życie?

*Odpowiedź: W przypadku pakietu 10, 25 i 26 Zamawiający nie wymaga dostaw „cito” w ciągu 24 godzin a wymaga w ciągu 48 godzin.*

**Pakiet nr 16**

**Dot. pkt 3**

25. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowy o rozmiarze 200mm x 450 mm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**Pakiet nr 16**

**Dot. pkt 4**

26. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowy na twarz o rozmiarze 200mm x 450mm ?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**Pakiet 3 poz. 1**

27. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania opatrunku o wym. 6cm x 7cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**Pakiet 3 poz. 2**

28. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania opatrunku wzmocnionego włókniną.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.*

**Pakiet 5 poz. 1-2**

29. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6 min, pakowane po 1 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**Pakiet 11 poz. 4**

30. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania kompresów w rozmiarze 10cm x 10cm.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.*

**Pakiet 11 poz. 5**

31. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania kompresów w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.*

**Pakiet 11 poz. 4-6**

32. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania kompresów pakowanych a'3 sztuki.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*



**CERT**  
POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI  
PN-EN-ISO 9001:2009  
CERTIFIKAT Nr  
748766/2017Z/R

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**Pakiet 11 poz. 8**

33. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**Pakiet 22**

34. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pościeli o wymiarach: 70x80cm (poszewka), 150x210cm (poszwa), 150x200cm (prześcieradło).

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**dotyczy Pakietu 11 poz. 4-6**

35. Czy Zamawiający dopuści kompresy 8w: 10x10cm, 7,5x7,5cm, 5x5cm?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

35. Czy Zamawiający dopuści wchłaniającą gazę hemostatyczną bez zawartości cząstek zwierzęcych lub ludzkich, w rozmiarze 5 cmx10cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**dotyczy Pakietu 11 poz. 8**

36. Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30g?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**dotyczy Pakietu 11 poz. 8**

37. Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'2szt lub a'5szt z przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowane a'2szt.*

**dotyczy Pakietu 13**

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pakiecie asortymentu na dwie osobne pozycje? Pozwoli to na zachowanie zasady uczciwej konkurencji i złożenie konkurencyjnych cenowo ofert.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**dotyczy Pakietu 20**

39. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca o wymiarach 15cm x 240cm lub 15cm x 250cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

#### dotyczy Pakietu 24

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników z celulozy 30,5x34cm w opakowaniu folia-papier z dwoma naklejkami tytu TAG?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pakiet 7, poz. 1,6,12-15

41. Prosimy o wydzielenie poz. 1,6,12-15 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pakiet 7, poz. 1,12-15

42. Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, doriastan)?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

Pakiet 7, poz. 1,12-15

43. Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 - 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.*

Pakiet 7, poz. 1,12-15

44. Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pakiet 7, poz. 1, 12-15

45. Czy Zamawiający dopuści wycenę za 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pakiet 11, poz. 4-6

46. Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

Pakiet 11, poz. 4-6

47. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pakiet 11, poz. 5

48. Czy zamawiający dopuści kompres o wymiarze 7,5 cm x 7,5 cm x 'a 3 szt., pakowane po 25 szt. blistrów w opakowaniu zbiorczym?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pakiet 11, poz. 4

49. Czy zamawiający dopuści kompres o wymiarze 10 cm x 10 cm x 'a 3 szt., pakowane po 25 szt. blistrów w opakowaniu zbiorczym?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pakiet 11, poz. 8

50. Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30 g, 4 warstwy?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



**SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE**

Pakiet 11, poz.8

51.Czy zamawiający dopuści wycenę za kompresy pakowane 'a 2 szt., pakowane po 25 szt. blistrów w opakowaniu zbiorczym, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

Pakiet 14, poz. 1

52.Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pakiet 15, poz. 1-3

53.Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pakiet 15, poz. 1-3

54.Prosimy o wydzielenie poz.1-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pakiet 17, poz. 1-2

55.Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych z zapinką w opakowaniu?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**Pakiet 3, poz.1**

56.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5,7 cm x 5 cm.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.*

**Pakiet 3, poz.1-2**

57.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**Pakiet 3, poz.1-2**

58.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków bez metek do oznaczania.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*




„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin  
tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359  
sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000





SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

#### Pakiet 10

59. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga opatrunków hydrokoloidowych zbudowanych z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny.

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga opatrunków składających się z trzech różnych hydrokoloidów.*

#### Pakiet 17, pozycja 1-2

60. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga opasek elastycznych wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.*

#### Pakiet 24

61. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chłonnych sterylnych ręczników celulozowych do osuszania rąk w rozmiarze 40x40 cm, opakowanie typu blister zawiera dwie sztuki ręczników (wycena z odpowiednim przeliczeniem ilości).

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

62. Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzaju parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.*

63. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaofferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.*

64. **Pakiet 1, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofferowanie folii o rozmiarze części lepnej 14x21cm, w opakowaniu zbiorczym a'40szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.*

65. **Pakiet 1, poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofferowanie folii o rozmiarze części lepnej 22x30cm, w opakowaniu zbiorczym a'20szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.*

66. **Pakiet 1, poz. 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofferowanie folii o rozmiarze części lepnej 36x40cm, w opakowaniu zbiorczym a'20szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



**SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE**

**67.Pakiet 1, poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozmiarze części lepnej 51x55cm, w opakowaniu zbiorczym a'20szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**68.Pakiet 1, poz. 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w opakowaniu zbiorczym a'6szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**69.Pakiet 3, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6 x 7cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.*

**70.Pakiet 3, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6 x 8cm?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**71.Pakiet 5, poz. 1-2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych po 1 sztuce?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**72.Pakiet 11, pozycja 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 10 x 10cm 8 warstwowych pakowanych pojedynczo z podaniem ceny za 1 sztukę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**73.Pakiet 11, pozycja 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm 8 warstwowych pakowanych pojedynczo z podaniem ceny za 1 sztukę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**74.Pakiet 11, pozycja 6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 8 warstwowych pakowanych pojedynczo z podaniem ceny za 1 sztukę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**75.Pakiet 14, pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 12 warstwowych?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**76. Pakiet 15, pozycja 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet 20 nitkowych ?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.*

**77. Pakiet 21, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na ramię C o parametrach:

3 – częściowa:

-górna z elastyczną gumką 100cm x 160cm

-dolna z elastyczną gumką 80cm x 150cm

2 taśmy przyklepne 3cm x 100cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**Pakiet 4**

78. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści opatrunki w klasie IIa reg. 4 (nie są to inwazyjne wyroby chirurgiczne do krótkotrwałego użytku)?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

79. Czy w poz. 19 Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem w rozmiarze 25 x 76 mm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.*

**Pakiet 5**

80. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga.*

**Pakiet 8**

81. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści krem ochronny do skóry zawierający tlenek cynku zamiast kreatyny, który charakteryzuje się działaniem antibakteryjnym i antyseptycznym chroniąc skórę przed powstaniem podrażnień?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**Pakiet 18**

82. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści siatki 8 x 13 cm lub 10 x 16 cm?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**Pakiet 22**

83. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści pościel o następujących parametrach?:

Skład	NIEBIESKI
-------	-----------



**CERT**  
POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI  
PN-EN ISO 9001:2009  
Certyfikat nr  
748/06/2017/1/R

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

powłoka	200 x 150cm
powłoczka	90 x 75cm
prześcieradło	210 x 150cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### Pakiet 24

84. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści serwetkę do rąk z włókniny kompresowej o wymiarach 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

#### Dotyczy treści wzoru umowy:

85. Par. 5 ust. 6: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. Wyrażenie „1 % wartości brutto danej dostawy” zastąpione zostało wyrażeniem „1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy”?

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

86. Par. 5 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

87. Par. 9: czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.

„Szpital Powiatowy w Jarocinie”  
Spółka z o.o.  
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1  
tel. 62 33 22 321, fax 62 33 22 359  
NIP 6172189328, Regon: 301415604

PREZES ZARZĄDU

*Leszek Mazurek*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000