

SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 10.10.2018 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych dla pracowni endoskopii przewodu pokarmowego 12/2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycja 4 pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego, sztywnego drutu , średnica pętli 13mm, dł. Robocza 240 cm, do kanału roboczego 2,8mm, kształt heksagonalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycja 6 pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego, sztywnego drutu , średnica pętli 27mm, dł. Robocza 240 cm, do kanału roboczego 2,8mm, kształt heksagonalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycja 8 jednorazowe igły do ostrzykiwań w teflonowej osłonce odporne na załamania, wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23 G lub 25G, długość ostrza 4mm, długość całkowita 240 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

5. Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 25 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

6. Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

7. Czy Zamawiający w pozycji 4 pakietu 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

8. Czy Zamawiający w pozycji 5 pakietu 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 25 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

9. Czy Zamawiający w pozycji 6 pakietu 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.



CERT
POLSKA AKADEMIA JAROCINIE
PKEN 150 2003 2000
CERTUS 150 2003 2000
748/06/2017/1/P

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

10. Czy Zamawiający w pozycji 7 pakietu 5 dopuści zaoferowanie klipsa jednorazowego o długości 165 cm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

11. Czy Zamawiający w pozycji 8 pakietu 5 dopuści zaoferowanie igieł blokowanych w dwóch pozycjach, długość całkowita 230 cm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

12. Czy Zamawiający w pozycji 10 pakietu 5 dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku do kolonoskopu, dł. robocza 230 cm, śr. szczęk 2,4 mm, łyżeczki z pojedynczymi w szczękach, z ząbkami, system cięgieł umożliwiający otwarcie szczypiec przy każdym zagięciu końcówki, osłonka z tworzywa sztucznego zmniejszająca tarcie w kanale endoskopu, z markerami sygnalizującymi, z igłą.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

13. Czy Zamawiający w pozycji 11 pakietu 5 dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku do kolonoskopu, dł. robocza 160 cm, śr. szczęk 2,4 mm, łyżeczki z pojedynczymi w szczękach, z ząbkami, system cięgieł umożliwiający otwarcie szczypiec przy każdym zagięciu końcówki, osłonka z tworzywa sztucznego zmniejszająca tarcie w kanale endoskopu, z markerami sygnalizującymi, z igłą.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

14. Czy Zamawiający w pozycji 12 pakietu 5 dopuści zaoferowanie balonów napełnianych do średnic: 8,5-12-15 mm i 12-15-18 mm, w komplecie 3 skalibrowane strzykawki o oznaczonej pojemności, ujęcie kontrastu i współpraca z przewodnikiem jak w opisie.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

15. Czy Zamawiający w pozycji 13 pakietu 5 dopuści zaoferowanie przewodnika endoskopowego: średnica 0,035mm, długość 450 cm; z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w RTG o długości 5 cm lub 7 cm, (po jednej stronie przewodnika – do wyboru), sztywność: standardowa i podwyższona (do wyboru), dostępne końcówki: prosta i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na złamanie, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia, system kontroli radiologicznej na podstawie długości końcówki widocznej w RTG.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

16. Czy Zamawiający w pozycji 14 i 15 pakietu 5 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów z zagięciem cewnika regulowanym i ograniczanym położeniem suwaka na uchwycie, pozostałe właściwości jak w opisie.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

17. Czy Zamawiający w pozycji 16 pakietu 5 dopuści zaoferowanie zestawów z protezami o długości 9 cm w miejsce protez o długości 10 cm, pozostałe właściwości jak w opisie.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 4

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie elektronicznej faktury w wersji PDF?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 6

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1 na 0,5%?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Dotyczy zapisów umowy § 6

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie?”

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Dotyczy zapisów umowy § 8

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja.

Odpowiedź: *Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja.*

Informujemy, iż przedłuża się termin składania ofert do dnia 15.10.2018 godzina i miejsce składania bez zmian.

„SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE”
SP. Z O.O.
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
tel. 62 33 22 321, 62 33 22 158

PREZES ZARZĄDU

Leszek Mazurek



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000

