



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 22.10.2018 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dzierżawę przez okres 36 miesięcy tomografu komputerowego z wyposażeniem 13/2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

Pytanie 1

dotyczy: Zał. Nr 1 do SIWZ – pkt. 4 i 5

Parametr określony w pkt. 4 – Narzędowa modulacja obrazu

Parametr określony w pkt. 5 – Redukcja artefaktów związanych z utwardzeniem wiązki (od obiektów metalowych)

Zwracamy uwagę, że wskazane powyżej parametry są nowoczesnymi technologiami, których dostarczenie zdecydowanie zwiększy koszt dzierżawy tomografu komputerowego nieproporcjonalnie do uzyskanych korzyści i ograniczy udział w przetargu małym i średnim przedsiębiorstwom, co jest wbrew postanowieniom **art. 7 ust. 1** ustawy Pzp, który podaje, że: **„Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”**. Wskazujemy, że parametr określony w pkt. 5 Zał. Nr 1 do SIWZ ma duże znaczenie przy planowaniu radioterapii, co w przypadku jeśli Zamawiający nie planuje takiego wykorzystania aparatu przełoży się na ponoszenie znacznie wyższych wydatków przez Zamawiającego, co z kolei nie zapewnia racjonalnego wydatkowania środków publicznych, których Zamawiający jest dysponentem, i za których wydatkowanie podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedź : Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie 2

dotyczy: Zał. Nr 1 do SIWZ – pkt. 7

Parametr określony w pkt. 7 – bezwkladowy, automatyczny ...



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Czy Zamawiający dopuści dwutłokowy automatyczny wstrzykiwacz kontrastu kompatybilny w oferowanym systemem tomografu komputerowego?

Odpowiedź : Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie 3

dotyczy: Zał. Nr 1 do SIWZ – pkt. 9 f)

Parametr określony w pkt. 9 f) – stacja opisowa lekarska wyposażona w dwa monitory zapewniająca: 9 f) automatyczną segmentację zmian

W celu prawidłowego przygotowania oferty, prosimy o wyjaśnienie o jaką funkcjonalność chodzi.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga automatycznej segmentacji zmian - minimum zmian ogniskowych w narządach mięsnych, a także automatyczną segmentację płuc oraz struktur kostnych.

Pytanie 4

dotyczy: Zał. Nr 1 do SIWZ – pkt. 9 m)

Parametr określony w pkt. 9 m) – stacja opisowa lekarska wyposażona w dwa monitory zapewniająca: 9 m) oprogramowanie do monitorowania dawek promieniowania

Zwracamy uwagę, że wskazany powyżej parametr jest bardzo drogi i jego dostarczenie zdecydowanie zwiększy koszt dzierżawy tomografu komputerowego i ograniczy udział w przetargu małym i średnim przedsiębiorstwom, co jest wbrew postanowieniom art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, który podaje, że: **„Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”**. Prosimy o wydzielenie tej części z przedmiotu zamówienia do osobnego pakietu, gdyż: **„oprogramowanie do monitorowania dawek promieniowania tomografu pozwalające na: automatyczne zbieranie i przechowywanie wyemitowanych dawek dla każdego pacjenta, automatyczne liczenie dawki przy uwzględnieniu rzeczywistego rozmiaru pacjenta czyli dawki SSDE, automatyczne określającego przesunięcie isocentrum pacjenta od środka gantry w celu lepszego optymalizowania ułożenia pacjenta, wyliczające dawkę narządową z podziałem na dzieci i dorosłych, automatyczne sporządzanie raportów tygodniowych/miesięcznych/kwartalnych ze zgromadzonych danych (dane pacjenta, rodzaj badania, rozpoznanie medyczne, skierowania i wynik badania, zlecający badanie, opisujący badanie, wykonujący badanie”** – oprogramowanie to może być dostarczone przez inne podmioty zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem takiego oprogramowania i jest ono niezależne od dostawy i instalacji tomografu komputerowego.

Ponadto, funkcjonalność ta nie dotyczy stacji opisowej. Jest to osobny serwer kontroli dawki promieniowania pacjenta.

Odpowiedź : Dopuszczamy zaoferowanie tomografu komputerowego z funkcją raportowania i zapisywania dawki otrzymanej przez pacjenta podczas badania tomografii komputerowej, umożliwiającą archiwizację informacji o dawce wraz z obrazem w postaci Dicomowej na płycie CD lub w PACS – zamiast

„oprogramowania do monitorowania dawek promieniowania z tomografu „, opisanego w pkt 9m w zał. nr 1.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Uwaga: w takim przypadku należy zmodyfikować odpowiednio składany zał. nr 1

Pytanie 5

dotyczy: SIWZ, § 4 ust. 2 oraz § 8 ust. 1 wzoru umowy – uszkodzenia mechaniczne

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wynagrodzenia z tytułu dzierżawy tomografu komputerowego określonego w § 8 ust. 1 umowy, Wykonawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów napraw uszkodzeń spowodowanych z winy Zamawiającego, wynikających z nieprawidłowego użytkowania tomografu komputerowego, bądź uszkodzeń mechanicznych. Wykonawca będzie zobowiązany do w/w napraw po przedstawieniu odrębnej oferty na naprawę i zaakceptowaniu jej kosztów przez Zamawiającego.

Odpowiedź : W § 4 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu : *Wykonawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów napraw uszkodzeń spowodowanych z winy Zamawiającego, wynikających z nieprawidłowego użytkowania tomografu komputerowego, bądź uszkodzeń mechanicznych. Wykonawca będzie zobowiązany do w/w napraw po przedstawieniu odrębnej oferty na naprawę i zaakceptowaniu jej kosztów przez Zamawiającego.*

Pytanie 6

dotyczy: SIWZ, § 3 ust. 1) wzoru umowy – dokumentacja projektowa

Prosimy o podanie wszystkich danych technicznych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej lub o udostępnienie na stronie Zamawiającego dokumentacji projektowej istniejącej pracowni tomografii komputerowej (projektu budowlano-wykonawczego) lub przesłanie ich na adres e-mail:

Odpowiedź : W zał. skan rzutu pracowni CT , usytuowanie pracowni oraz szczegóły techniczne były dostępne podczas wymaganej wizji lokalnej.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik 1 do SIWZ, pkt 9e

Czy Zamawiający zgodzi się na przeniesienie zapisu pkt 9e do parametrów tomografu komputerowego? Prawdopodobnie omyłkowo parametr określający szybkość rekonstrukcji obrazowania (określony na poziomie minimalnym min 16 obrazów/s, 512 x 512) pojawił się w parametrach stacji diagnostycznej. Tymczasem jest to parametr tomografu komputerowego. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź : Potwierdzamy, że wskazany parametr w pkt 9e dotyczy tomografu komputerowego , a nie stacji diagnostycznej . Zamawiający uzna potwierdzenie tego parametru tomografu poprzez wpisanie „TAK” w istniejącej rubryce 9e.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Załącznik 1 do SIWZ, pkt 9i, 9j, 9k, 9l



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu punktów 9i, 9j, 9k i 9l? Oprogramowanie opisane w powyższych punktach jest wykorzystywane tylko w wysoce wyspecjalizowanych jednostkach takich jak np. szpitale kliniczne. W codziennej diagnostyce tomograficznej stosuje się je bardzo rzadko. Jednocześnie są to pakiety oprogramowania bardzo znacząco podnoszące cenę przedmiotu zamówienia. Prosimy o wykreślenie powyższych zapisów – pozwoli nam to zaoferować tomograf komputerowy o parametrach dalece przewyższających wymagania Zamawiającego:

- tomograf 64-rzędowy, lampa RTG o pojemności ciepłej anody 8 MHU, maksymalna wartość prądu 800 mA, szybkość chłodzenia lampy 1608 KHU/min

Odpowiedź : Dopuszczamy zaoferowanie tomografu o wskazanych podanych parametrach bez oprogramowania określonego w punktach 9i, 9j, 9k , 9l . Wypełnienie rubryk 9i, 9j, 9k , 9l poprzez wpisanie „NIE” nie spowoduje odrzucenia Wykonawcy.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik 1 do SIWZ, pkt 9m

Czy Zamawiający zdecyduje się na zmianę zapisu z:

„oprogramowanie do monitorowania dawek promieniowania z tomografu pozwalające na: automatyczne zbieranie i przechowywanie wyemitowanych dawek dla każdego pacjenta, automatyczne liczenie dawki przy uwzględnieniu rzeczywistego rozmiaru pacjenta czyli dawki SSDE, automatyczne określającego przesunięcie isocentrum pacjenta od środka gantry w celu lepszego optymalizowania ułożenia pacjenta, wyliczające dawkę narządową z podziałem na dzieci i dorosłych, automatyczne sporządzanie raportów tygodniowych/miesięcznych/kwartalnych ze zgromadzonych danych (dane pacjenta rodzaj badania, rozpoznanie medyczne skierowania i wynik badania, zlecający badanie, opisujący badanie, wykonujący badanie)”

na:

„funkcja tomografu komputerowego raportująca i zapisująca dawkę otrzymaną przez pacjenta podczas badania tomografii komputerowej. Funkcja ta umożliwi archiwizację informacji o dawce wraz z obrazem w postaci Dicomowej na płycie CD lub w PACS”?

Proponowane przez nas rozwiązanie spełnia w pełni zalecenia dotyczące monitorowania dawki pacjenta podczas badań tomograficznych. Jednocześnie, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że rozwiązanie wyspecyfikowane przez Zamawiającego jest bardzo kosztowne i znacząco podnosi cenę przedmiotu zamówienia, a dopuszczenie proponowanego parametru zaspokaja potrzeby Zamawiającego bez zbędnego generowania kosztów.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Odpowiedź : Dopuszczamy zaoferowanie tomografu komputerowego z funkcją raportowania i zapisywania dawki otrzymanej przez pacjenta podczas badania tomografii komputerowej, umożliwiającą archiwizację informacji o dawce wraz z obrazem w postaci Dicomowej na płycie CD lub w PACS – zamiast oprogramowania do monitorowania dawek promieniowania z tomografu – pkt 9m w zał. nr 1.

Uwaga: w takim przypadku należy zmodyfikować odpowiednio składany zał. nr 1

Pytanie nr 9

Dotyczy: Wzór umowy. Par. 4 pkt 2.1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia z 30 na 60 dni?

Odpowiedź : Wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia z 30 na 60 dni.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik 1 do SIWZ, zapisy pod tabelą

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej z: „Zamawiający przewiduje wykonywanie około 3000 badań CT w *miesiącu* w czasie trwania Umowy”

Na: Zamawiający przewiduje wykonywanie około 3000 badań CT *rocznie* w czasie trwania Umowy

Odpowiedź : Zamawiający zastępuje dotychczasowy zapis określający szacunkowa ilość wykonywanych badań na zapis : „Zamawiający przewiduje wykonywanie około 3000 badań CT rocznie w czasie trwania Umowy”.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Mazurek



CERT
POLSKA AKADEMIA JAROSCI
PULNENISO 90012008
GOSPODARSTWO
748706/2017/1R

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000

