



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 18.02.2019 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy implantów do zabiegów kostnych 2/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1** dopuści możliwość zaferowania implantów wykonanych z tytanu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 A Płytki do dalszego końca kości udowej poz. 1** wyrazi zgodę na zaferowanie: płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej boczna, płyta prawa/lewa. Długość płyty: 156, 196, 236, 276, 316 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm. Otwory gwintowane pod śruby gwintowane (blokowane) 5,0 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 B Płytki do dalszego końca kości piszczelowej poz. 1** wyrazi zgodę na zaferowanie: płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, płyta prawa/lewa. Długość płyty przedniobocznej: 80, 106, 132, 158, 184, 210 i 236 mm; długość płyty przyśrodkowej: 116, 142, 168, 194, 220 i 246 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i 2,7 mm. Otwory gwintowane pod śruby gwintowane (blokowane) 3,5 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 B Płytki do dalszego końca kości piszczelowej poz. 2** wyrazi zgodę na zaferowanie śruby blokującej 3,5 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 B Płytki do dalszego końca kości piszczelowej poz. 4** wyrazi zgodę na zaferowanie śruby korowej 2,7 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 B Płytki do dalszego końca kości piszczelowej poz. 5** wyrazi zgodę na zaferowanie zaślepki blokowanej gwintowanej do otworu płytki, grubość 3,5 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 C Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej poz. 1** wyrazi zgodę na zaferowanie: płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, płyta prawa/lewa. Długości płyty: 81, 107, 133, 159, 185, 211 i 237 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane pod śruby gwintowane (blokowane) 3,5 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
8. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 C Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej poz. 2** wyrazi zgodę na zaferowanie śruby blokującej 3,5 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

9. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 C Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej poz. 5 wyrazi zgodę na zaferowanie zaślepki blokowanej gwintowanej do otworu płytki, grubość 3,5 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
10. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 D Płytki do części dalszej kości ramiennej poz. 1 wyrazi zgodę na zaferowanie: Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespołów złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzi a) płytki blokowane od strony przysrodkowej (prawe i lewe); b) płytki blokowane od strony tylnobocznej nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe); c) płytki blokowane od strony tylnobocznej z hakiem nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe); d) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 2 do 14 w zależności od rodzaju płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane o średnicy 2,4/2,7/3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne o średnicy 3,5 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
11. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 D Płytki do części dalszej kości ramiennej poz. 2 wyrazi zgodę na zaferowanie śruby blokowanej 2,4 i 2,7 mm, długość 10-60 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
12. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 D Płytki do części dalszej kości ramiennej poz. 3 wyrazi zgodę na zaferowanie śruby blokowanej 3,5 mm, długość 10-70 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
13. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 D Płytki do części dalszej kości ramiennej poz. 4 wyrazi zgodę na zaferowanie śruby korowej 2,7 mm, długość 8-60 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
14. Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Mazurek

„Szpital Powiatowy w Jarocinie”
Spółka z o.o.
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
tel. 62 33 22 321, fax 62 33 22 359
NIP 6172189328, Regon:301415604



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000