

SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 27.02.2019 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji sprzętu medycznego 3/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

Dotyczy – wzoru umowy

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §..... umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Dotyczy – wzoru umowy

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw aparatury medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy – wzoru umowy



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Dotyczy – wzoru umowy § 8 ust. 1 a,b

4. Czy nie nastąpiła pomyłka w odniesieniu do cytowanego punktu dotyczącego ceny roboczogodziny tj. § 5 ust 6 umowy? Nie istnieje zapis § 6 ust. 5 umowy.

Odpowiedź: *§ 8 ust. 1 a,b,c wzoru umowy otrzymuje brzmienie:*

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu usługi serwisowej ustalonej w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 9 – 50% ceny roboczogodziny netto PLN określonej w § 5 ust. 5, za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za opóźnienie w wykonaniu usługi naprawy urządzeń ponad ustalony w § 2 ust. 12 i/lub 15 termin – 50% ceny roboczogodziny netto PLN określonej w § 5 ust. 5, za każdy dzień opóźnienia,
 - c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1,

Dotyczy Załącznika do SIWZ Lista Sprzętu i aparatury, pakiet 18-RTG

5. Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć aparat nr 3, produkcji SMAM do osobnego pakietu? Jako autoryzowany serwis producenta pragniemy zapewnić obsługę serwisową pozostałych dwóch urządzeń na najwyższym poziomie wraz z dostępem do oryginalnych części zamiennych i specjalistycznej wiedzy. Wyłączenie aparatu SMAM do osobnego pakietu pozwoli nam złożyć ważną i korzystną dla Zamawiającego ofertę.

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

6. Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwana dalej „ustawą Pzp”), wnosimy o zapewnienie spójności zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w przedmiotowym postępowaniu. Wskazujemy bowiem, że:

§ 1 ust. 5 projektu umowy w brzmieniu:

Do wyceny przeglądu nie należy wliczać cen części niezbędnych do wykonania przeglądu np. czujników, akumulatorów, pakietów serwisowych itp. Przed wykonaniem-zakończeniem przeglądu Wykonawca musi złożyć ofertę cenową na części niezbędne do wykonania przeglądu z podaniem nazwy części, producenta, nr katalogowych. W przypadku braku akceptacji oferty Zamawiający ma prawo dostarczyć te części we własnym zakresie, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd przy użyciu tych części.

Oraz Punkt II SIWZ o treści:



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000

UWAGA

Do wyceny przeglądu nie należy wliczać cen części niezbędnych do wykonania przeglądu np. czujników, akumulatorów, pakietów serwisowych itp. Przed wykonaniem-zakończeniem przeglądu Wykonawca musi złożyć ofertę cenową na części niezbędne do wykonania przeglądu z podaniem nazwy części, producenta, nr katalogowych. W przypadku braku akceptacji oferty Zamawiający ma prawo dostarczyć te części we własnym zakresie a Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd przy użyciu tych części.

Jest niezgodny z punkt II. A. SIWZ w brzmieniu:

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac serwisowych - napraw aparatury i sprzętu medycznego , należących do zamawiającego (...)

- bieżącej konserwacji sprzętu zalecanej przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp napraw i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego, oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z późn. zm.),


(treść ta została powtórzona w § 1 ust. 2 drugi myślnik Projektu umowy).

Wskazujemy iż zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, zainstalowanie w urządzeniu części zamiennych, które nie zostały uwzględnione w ocenie zgodności wyrobu i zmieniają właściwości lub działanie wyrobu w stosunku do zatwierdzonej oceny zgodności podlega ustawie, w tym konieczności wprowadzenia wyrobu do obrotu, wprowadzania wyrobu do używania. W praktyce oznacza to, że po zainstalowaniu takiej części zamiennej wyrób medyczny traci ten status i musi być de facto ponownie wprowadzony do obrotu. Naraża to Zamawiającego na ryzyko utraty możliwości wykonywania świadczeń medycznych.

Dopuszczenie przez Zamawiającego części zamiennych z niewiadomego źródła może ponadto prowadzić do utraty przez Zamawiającego gwarancji na sprzęt, wystąpienia incydentów medycznych i odpowiedzialności szpitala.

Mając na uwadze wnosimy o zmianę cytowanego zapisu umowy i SIWZ w sposób następujący:

Do wyceny przeglądu nie należy wliczać cen części niezbędnych do wykonania przeglądu np. czujników, akumulatorów, pakietów serwisowych itp. Przed wykonaniem-zakończeniem przeglądu Wykonawca musi złożyć ofertę cenową na części niezbędne do wykonania przeglądu z podaniem nazwy części, producenta, nr katalogowych, informacji czy dostawca produktu jest uwzględniony w wykazie dostawców części i materiałów określonych przez wytwórcę, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych, informacji czy oferowane części zamienne zostały uwzględnione w ocenie zgodności wyrobu i czy nie zmieniają właściwości lub działanie wyrobu w stosunku do zatwierdzonej oceny zgodności.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Oraz poprzez dodanie zastrzeżenia, że:

1. ¹ Zamawiający odmówi przyjęcia oferty na zainstalowanie w urządzeniu części zamiennych nie uwzględnionych w wykazie dostawców części zamiennych i materiałów i/lub takich, które nie zostały uwzględnione w ocenie zgodności wyrobu i zmieniają właściwości lub działanie wyrobu w stosunku do zatwierdzonej oceny jego zgodności.
2. ¹ W razie wątpliwości co do możliwości zainstalowania części zamiennych w danym urządzeniu, ze względów o których mowa w ust. 1 ¹ powyżej Zamawiający zwróci się o opinię co do możliwości zainstalowania oferowanej części zamiennej w urządzeniu do producenta urządzenia.

Na poparcie powyższego stanowiska podkreślamy, że pojęcie wyposażenia wyrobu medycznego zostało zdefiniowane w ustawie o wyrobach medycznych (art. 2 ust. 1 pkt 33) i zgodnie z definicją jest to artykuł, który nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Oznacza to, że w praktyce sama ustawa o wyrobach medycznych umożliwia, a wręcz nakazuje stosowanie w/wraz z wyrobem medycznym urządzeń zalecanych przez wytwórcę i nie można powyższej zmiany uznać za działanie ograniczające konkurencję, gdyż znajduje swoje uzasadnienie w przepisach ustawy o wyrobach medycznych.

Jednocześnie podkreślamy że części zamienne i wyposażenie wyrobu medycznego nie są przedmiotem niniejszego zamówienia (niniejsze zamówienie jest zamówieniem na usługi a nie dostawy) i Zamawiający może określić wymogi co do zastosowanych urządzeń w sposób zgodny z interesem szpitala, a przede wszystkich z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Punkt II SIWZ dopisek Uwaga otrzymuje brzmienie:

UWAGA

Do wyceny przeglądu nie należy wliczać cen części niezbędnych do wykonania przeglądu np. czujników, akumulatorów, pakietów serwisowych itp. Przed wykonaniem-zakończeniem przeglądu Wykonawca musi złożyć ofertę cenową na części niezbędne do wykonania przeglądu z podaniem nazwy części, producenta, nr katalogowych. W przypadku braku akceptacji oferty Zamawiający ma prawo dostarczyć te części będące w zgodności z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z późn. zm.), we własnym zakresie a Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd przy użyciu tych części.

Dotyczy Pakietu 5

7. Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu 5 aparatu Excel (pozycja 5) z uwagi na zakończone przez producenta fabryczne wsparcie serwisu w zakresie dostępności do wiedzy technicznej, modyfikacji, części zamiennych oraz gazów kalibracyjnych. **Ponieważ producent nie jest w stanie zapewnić pełnej dostępności do oryginalnych części zamiennych, autoryzowany serwis producenta nie może zagwarantować wykonania ważnego przeglądu technicznego tychże aparatów, obejmujących pełną kalibrację, kontrole**




CERT
POLSKA AKADEMIA JAROCIN
PN-EN-ISO 9001:2009
CERTIFIKAT NR
748/00/2017/1/R

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin
tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359
sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

jakości działania i bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Nie możemy również zagwarantować naprawy tych urządzeń w momencie pojawienia się problemów technicznych.

Jednocześnie informujemy, iż w 2008 producent zakończył także wsparcie techniczne monitorów RGM5250. Z powodu niedostępności gazów kalibracyjnych i oryginalnych części zamiennych, podobnie jak w przypadku aparatu Excel, autoryzowany serwis producenta nie może zagwarantować wykonania przeglądu technicznego monitorów RGM5250 zgodnie z wymaganiami producenta.

Obecny kształt pakietu uniemożliwia naszej firmie - wytwórcy niniejszego sprzętu przystąpienie do realizacji tegoż zadania. Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, na fakt, iż nie wydzielając z pakietu niniejszych urządzeń blokuje nam złożenie oferty, natomiast dopuszcza złożenie oferty przez firmy, które pozyskują części z nielegalnych źródeł (w ramach przeglądów stosują używane części zamienne lub regenerowane). Na rynku urządzeń medycznych nie jest tajemnicą, że używane urządzenia są skupowane przez niektórych uczestników rynku, a następnie regenerowane celem ich powtórnego wykorzystania. Stosowanie takich rozwiązań w urządzeniach, w których kwestią kluczową jest precyzja (np. dawkowania środków) może nieść dla Zamawiającego istotne ryzyko w zakresie możliwości jego nieprawidłowego działania ze szkodą dla pacjentów, ale również z istotnym ryzykiem utraty możliwości udzielania świadczeń medycznych.

Biorąc pod uwagę rzetelne wykonanie usługi prosimy Zamawiającego o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i utworzenie nowego pakietu dla aparatów EXCEL.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Dotyczy zapisów SIWZ

8. Czy z ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych **aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta?**

Jednocześnie wskazujemy iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego zamówienia jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy o rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp poprzez nałożenie na wykonawców obowiązku posiadania **aktualnych certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Dotyczy zapisów SIWZ

9. Czy Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi z możliwością dostarczenia opcji serwisowych zalecanych przez wytwórcę sprzętu a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności, mając na



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

uwadze odpowiedzialność Zamawiającego związane z możliwością zaistnienia incydentów medycznych, wywołanych nieprawidłowym przeprowadzeniem usługi serwisowej?

Pragniemy wskazać, że zgodnie z treścią art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania. Wskazujemy, że na użytkownika wyrobu medycznego spoczywa pełna odpowiedzialność za nieprawidłowe użytkowanie wyrobu, w tym w szczególności nieprawidłowy serwis, skutkiem którego może dojść do zaistnienia incydentów medycznych.

Mając na uwadze powyższe kluczową kwestią jest dołączenie do opisu przedmiotu zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi urządzenia lub co najmniej jego wyciągu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.

Dotyczy zapisów SIWZ

10.Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca miał dostęp do pełnej fabrycznej dokumentacji, w tym: obowiązkowych aktualizacji oprogramowania i sprzętu, opcjonalnych nieobowiązkowych aktualizacji oprogramowania zwiększających produktywność i funkcjonalność aparatów jak również dostęp do aktualnych informacji serwisowych (service notes)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 5

11.Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż działając zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) Zamawiający będzie **wymagać i egzekwować od Wykonawców** (w postaci zewnętrznych kontroli doraźnych przez producenta sprzętu) wykonania przeglądu **aparatów do znieczulania** zgodnie z wymogiem oraz procedurą wyznaczoną przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany właściwych dla danego roku przeglądowego, licznego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą?

Opis części	co 12 miesięcy liczone od daty instalacji	co 24 miesiące liczone od daty instalacji
Uszczelki gniazd parowników komplet	ü	ü
Zawór grzybkowy wentylatora		ü
Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego		ü
Akumulator aparatu do znieczulania		ü

Odpowiedź: Zgodnie z DTR producenta.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Dotyczy Pakietu 5

12. Prosimy Zamawiającego o informacje czy aparaty do znieczulania posiadają dodatkowe monitory, które należy uwzględnić w wycenie, jeżeli tak prosimy o podanie typu i producenta monitora.

Pakiet 5 - APARATY DO ZNIECZULENIA

Lp.	Nazwa sprzętu	Typ	Monitor
1.	APARAT DO ZNIECZULENIA Z MONITOREM CAM-FCM1 monitor pacjenta S5 Light rok prod. 2000 z modułem gazowym	AESPIRE 7100	CAM-FCM1 DATEX OHMEDA S5
2.	APARAT DO ZNIECZULENIA	AESTIVA 3000	Monitor S5 Light DATEX OHMEDA
3.	APARAT DO ZNIECZULENIA	AESTIVA /5	Monitor F-LMP1-03 DATEX OHMEDA
4.	APARAT DO ZNIECZULENIA	AESTIVA /5	-
5.	APARAT DO ZNIECZULENIA	EXCEL 210SE	Monitor S5 Light DATEX OHMEDA

Dotyczy Pakietu 5

13. Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądu MONITORA oraz MODUŁU GAZOWEGO zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku przeglądowego liczonego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą ?

Description	co 12 miesięcy liczone od daty instalacji	co 24 miesiące liczone od daty instalacji	co 36 miesięcy liczone od daty instalacji	co 48 miesięcy liczone od daty instalacji
Zestaw serwisowy 12 miesięczny Moduł E-CXXXXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pochłaniacz CO2 modułu gazowego				<input type="checkbox"/>

Odpowiedź: Zgodnie z zaleceniami i DTR producenta.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Dotyczy Pakietu 5

14. Czy z celu ostrożności i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa a także wysokiego standardu wykonanej usługi będzie wymagać od Wykonawców nie będących autoryzowanym serwisem wytwórcy następujących dokumentów:

- instrukcji serwisowych wytwórcy
- procedury i wykonywane czynności określone przez wytwórcę
- umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia
- umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i
- doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i model urządzenia medycznego objętego umową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga dokumentów wymienionych w zał. nr 6 do SIWZ.

MODYFIKACJE SIWZ

I. § 1 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach przeglądów wykonawca będzie zobowiązany do sprawdzenia wszystkich parametrów technicznych urządzenia zgodnie z zaleceniami oraz DTR urządzenia w celu określenia jego stanu technicznego w szczególności :

(jeżeli dotyczy danego sprzętu),

- sprawdzenie prawidłowości działania,
- sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń,
- sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów
- ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
- wymiana części i akcesoria zużywalnych zgodnie z instrukcją producenta
- kalibracja urządzeń lub ich części, które tego zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagają,
- pomiar oporności izolacji wszystkich konserwowanych urządzeń
- kontrola stanu technicznego akumulatorów
- wszelkie pozostałe czynności jeżeli zostały wskazane w DTR lub instrukcji producenta
- w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego
- przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT”.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

II. § 2 ust. 13 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„13. Niezwłocznie po zidentyfikowaniu usterki, ale nie dłużej niż 24 godz. po diagnozie Wykonawca powiadomi Zamawiającego o szacowanym terminie zakończenia naprawy oraz szczegółowych kosztach części zamiennych i mat. eksploatacyjnych kosztowo nie objętych niniejszą umową - jeżeli wystąpią, a wykonanie naprawy może zostać dokonane dopiero po uzyskaniu akceptacji takich kosztów przez Zamawiającego”.

III. W zał. nr 4 Wykaz sprzętu w pakiecie 5 usuwa się poz. nr 6

6.	RESPIRATOR	CENTIVA/5	T/19 Nr 12748	2006	W naprawie od kilku miesięcy	DATEX OHMEDA	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
----	------------	-----------	------------------	------	---------------------------------	-----------------	--

Informujemy, iż przedłuża się termin składania ofert do dnia 05.03.2019 godzina i miejsce składania bez zmian.

„Szpital Powiatowy w Jarocinie”
Spółka z o.o.
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
tel. 62 33 22 350. fax 62 33 22 359
NIP 6172189328 Regon 301415604

PREZES ZARZĄDU

Leszek Mazurek



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 39.372.000

