



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 14.08.2019 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy obłożeń operacyjnych 12/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

1. dot. Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania jałowego zestawu chirurgicznego uniwersalnego wzmocnionego - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m², o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O, o chłonności min. 900% w strefie wzmocnionej oraz min. 300% w strefie nie wzmocnionej, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, zgodność z normą EN 13795.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii polietylenowej i włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i teleskopowe składanie ułatwiające zakładanie pokrowca
- 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm wykonane z włókniny spunlace
- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. wykonana z folii polietylenowej i włókninowej warstwy chłonnej (owinięcie zestawu)

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy/producenta, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2.dot. Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania jałowego zestawu chirurgicznego uniwersalnego - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O, o chłonności min. 300%, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, zgodność z normą EN 13795.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii polietylenowej i włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i teleskopowe składanie ułatwiające zakładanie pokrowca
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x180cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm wykonane z włókniny spunlace
- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm. wykonana z folii polietylenowej i włókninowej warstwy chłonnej (owinięcie zestawu)

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. dot. Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania jałowego zestawu chirurgicznego uniwersalnego - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, o odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O, o chłonności min. 300%, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, zgodność z normą EN 13795, zgodny z wymaganiami normy PN-EN 10993 w części 5 i 10

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii polietylenowej i włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i teleskopowe składanie ułatwiające zakładanie pokrowca
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x180cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm wykonane z włókniny spunlace
- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm. wykonana z folii polietylenowej i włókninowej warstwy chłonnej (owinięcie zestawu)

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. dot. Pakiet 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania jałowego zestawu do operacji barku - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m², o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, o odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O, o chłonności min. 900% w strefie wzmocnionej oraz min. 300% w strefie nie wzmocnionej, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, zgodność z normą EN 13795, zgodny z wymaganiami normy PN-EN 10993 w części 5 i 10

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm , wykonana z folii polietylenowej i włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i teleskopowe składanie ułatwiające zakładanie pokrowca
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wymiarach 60 cm x 7 cm
- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 150x240cm
- 1 serweta pod kończynę o min. wym. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm wykonane z włókniny spunlace
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm. wykonana z folii polietylenowej i włókninowej warstwy chłonnej (owinięcie zestawu)

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. dot. Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania jałowego zestawu chirurgicznego do operacji dłoni/stopy- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m², o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, o odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O, o chłonności min. 900% w strefie wzmocnionej oraz min. 300% w strefie nie wzmocnionej, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, zgodność z normą EN 13795, zgodny z wymaganiami normy PN-EN 10993 w części 5 i 10

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm' wykonana z folii polietylenowej i włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i teleskopowe składanie ułatwiające zakładanie pokrowca
- 1 serweta przylepna główna - minimalne wymiary 220x320cm posiadająca elastometryczne (o zmiennej średnicy) okno ø 3cm na kończyń otoczone wzmocnieniem na powierzchni min. 150x150cm
- 2 ręczniki 30x40cm wykonane z włókniny spunlace
- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm. wykonana z folii polietylenowej i włókninowej warstwy chłonnej (owinięcie zestawu)

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

6. dot. Pakiet 5, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania jałowego zestawu chirurgicznego do cesarskiego cięcia - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 164 kPa, na sucho 187 kPa. Absorpcja włókniny min. 300% w strefie niewzmocnionej, min. 900% w strefie wzmocnionej. Materiał spełniający wymagania normy EN 13795.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem
- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm. wykonana z folii polietylenowej i włókninowej warstwy chłonnej (owinięcie zestawu)



CERT
POLSKA AKADEMIA JAROCIN
PN-EN ISO 9001:2008
CERTIFIKACJA
74820/2017/11K

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. dot. Pakiet 6, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów gdzie rozmiar oznaczony jest w postaci , wszywki (widocznej przed rozłożeniem fartucha), co pozwala na łatwą identyfikację. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min 215 cmH₂O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro) 140/130 Kpa. Ręczniczki wiskozowe w opakowaniu a '2 szt. pakowane osobno.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. dot. Pakiet 7, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów gdzie rozmiar oznaczony jest w postaci , wszywki (widocznej przed rozłożeniem fartucha), co pozwala na łatwą identyfikację. Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro) 95/90 N

-Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref ≥ 140 kPa

-Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 130 kPa

Ręczniczki wiskozowe w opakowaniu a '2 szt. pakowane osobno.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. dot. Pakiet 8, poz. 1 - 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww pozycjach serwety o wyższej gramaturze min. 62 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. dot. Pakiet 8, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania dwuwarstwową jałową serwetę w rozmiarze 100cm x 150cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

11. dot. Pakiet 8, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania dwuwarstwową jałową serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 7cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

12. dot. Pakiet 8, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania dwuwarstwową jałową samoprzylepną serwetę w rozmiarze 75x45cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

13. dot. Pakiet 8, poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłona na stolik Mayo, o gramaturze wyższej niż wymagana tj. 90 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

14. dot. Pakiet 8, poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania samoprzylepną kieszeń na narzędzia chirurgiczne dwukomorowa, o rozmiarze 40 x 30 cm, taśma lepna z klejem nierepozycjonowalnym

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350

fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl

www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328

REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

15. dot. Pakiet 8, poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 35x125 cm bez taśmy samoprzylepnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

16. Pakiet 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie spełnienia wymogów przez oferowane serwety, wykonawca do oferty dołączył karty danych technicznych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wprowadza wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań np. kart danych technicznych (dotyczy pakietu 1)

17. Pakiet 4 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji barku zawierający dwie sztuki serwetek do rąk zamiast czterech sztuk? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

18. Pakiet 4 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 300x240cm bez przylepca – serweta jest z elementem elastycznym, dlatego też przylepiec jest w tej serwecie zbędny i нефункциональный?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

19. Pakiet 6, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem dł. min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy 13795 na wszytce widocznej przy złożonym wyrobie, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich.

Fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami z włókniny kompresowej do wytarcia rąk oraz zawinięciem w papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, niebieski, rozmiar XL. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 204 cmH₂O;

Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)98,06 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Pakiet 6, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami z włókniny kompresowej do wytarcia rąk o rozmiarze 20x40 cm oraz zawinięciem w papier krepowy, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH₂O;



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy 13795 na wszywce widocznej przy złożonym wyrobie, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich

- Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: 143,64 kPa

- Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: 121,74 kPa rozmiar XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21.Pakiet 7 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56 g/m², w rozmiarze 45x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

22.Pakiet 7 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

23.Pakiet 7 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 43 g/m², w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

24.Pakiet 7 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56 g/m², w rozmiarze 75x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

25.Pakiet 7 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

26.Pakiet 7 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

27.Pakiet 7 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

28.Pakiet 7 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o składzie:

- masa włókniny 24g/m²

- grubość folii 50 µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

29.Pakiet 7 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia w rozm. 42x35 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350

fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl

www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328

REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

30. Pakiet 7 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na kończynę w rozmiarze 120x37cm, z dwie taśmami w rozmiarze 50x9cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

31. Pakiet 11 poz. 1:

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiający wymaga odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H₂O?

Odpowiedź: Tak, zmieniamy wartość wskazanego parametru na 250 cm H₂O.

Pytanie dot. projektu umowy:

32. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 6 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

33. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

34. Pakiet nr 1, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie (zgodność z normą PN-EN 13795) :

- a) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170x240cm
 - b) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm
- Serwety a) i b) wykonane z trójwarstwowej, hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m² i chłonności 680%,
- c) 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wykonana z włókniny typu spunlance o gramaturze 68g/m², z folią PE o gramaturze 28g/m² (łącznie gramatura 96g/m², chłonność 420%)
 - d) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
 - e) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

- f) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- g) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o łącznej gramaturze 63g/m²

Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do dokumentacji, na których znajduje się indeks wyrobu, numer serii, data ważności, identyfikacja producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35.Pakiet nr 1, poz. 1,2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

Serwety wykonane z dwuwarstwowego materiału: warstwy nieprzemakalnej folii polietylenowej o gramaturze 30 g/m² oraz włókninowej (włókna polipropylenowa) warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 60 g/m². Chłonność serwet na poziomie min. 600%. Zgodność z normą PN-EN 13795 oraz PN-EN 10993 w części 5 oraz 10.

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu.

Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do dokumentacji, na których znajduje się indeks wyrobu, numer serii, data ważności, identyfikacja producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

36.Pakiet nr 2, poz 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych, gdzie serweta główna jest zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35x50cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

37.Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu pakowanego a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

38. Pakiet nr 4, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji barku o następującym składzie :

- a) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 260cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100cm,
- b) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- c) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

Serwety wykonane z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o łącznej gramaturze 60g/m2, o chłonności 600%, zgodność serwet z normą PN-EN,

- d) 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- e) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5cm x 34cm
- f) 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- g) 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30cm x 120cm
- h) 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

i) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm wykonana z folii PE oraz dwuwarstwowej włókniny chłonnej. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania,

j) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej.

Na opakowaniu informacja o kierunku otwierania oraz 4 naklejki typu TAG do dokumentacji , na których znajduje się indeks wyrobu, numer serii, data ważności, identyfikacja producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Pakiet nr 4, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji dłoni/stopy o następującym składzie:

- a) 1x serweta wzmocniona o wymiarach 200x300cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5cm, wykonana z trójwarstwowej, hydrofobowej włókniny SMS, o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wzmocnienie SM o gramaturze 80g/m2 i chłonności 680%, zgodność z normą PN-EN 13795
- b) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania,
- c) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej.

Na opakowaniu informacja o kierunku otwierania oraz 4 naklejki typu TAG do dokumentacji , na których znajduje się indeks wyrobu, numer serii, data ważności, identyfikacja producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

40. Pakiet nr 4, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji dłoni/stopy o następującym składzie:

- a) 1x serweta wzmocniona o wymiarach 200x300cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5cm, wykonana z trójwarstwowej, hydrofobowej włókniny SMS, o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie SM o gramaturze 80g/m² i chłonności 680%, zgodność z normą PN-EN 13795
- b) 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 160x180cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o łącznej gramaturze 56g/m²
- c) 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30x30cm
- d) 1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10x50cm
- e) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania,
- f) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej.
Na opakowaniu informacja o kierunku otwierania oraz 4 naklejki typu TAG do dokumentacji, na których znajduje się indeks wyrobu, numer serii, data ważności, identyfikacja producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Pakiet nr 5, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², odporność na przenikanie cieczy 110cm H₂O

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 45g/m², chłonność 850%

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace, gramatura 80g/m², chłonność 750%

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania,

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej, o łącznej gramaturze 63g/m², chłonność 350%.

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13795

Na opakowaniu informacja o kierunku otwierania oraz 4 naklejki typu TAG do dokumentacji, na których znajduje się indeks wyrobu, numer serii, data ważności, identyfikacja producenta.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Pakiet nr 5, poz. 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu współczynnika układalności?

Odpowiedź: Tak

43. Pakiet nr 6, poz. 1,2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha bez metki z informacją o producencie fartucha?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

44. Pakiet nr 6, poz. 1,2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z ręcznikami celulozowymi o wymiarach 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

45. Pakiet nr 6, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 50,47 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Pakiet nr 6, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z owinięciem papierem krepowym lub włókniną?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

47. Pakiet nr 6, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha, gdzie wytrzymałość na wypychanie na sucho dla obu stref wynosi 200kPa, na mokro dla strefy krytycznej 179,3kPa?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

48. Pakiet nr 7, poz. 1,2,4,5,6,7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

49. Pakiet nr 7, poz. 1,2,4,5,6,7 – Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonno polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.



CERT
PULSKA AKADEMIA JAROCIN
PN-EN ISO 9001:2008
CERTIFIKAT nr
748/09/2017/1K

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Nadrzednym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

50. Pakiet nr 7, poz 2 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

51. Pakiet nr 7, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 45cm x 75cm z otworem samoprzylepnym o wymiarach 6cm x 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

52. Pakiet nr 7, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej a'100 szt w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

53. Pakiet nr 7, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

54. Pakiet nr 7, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50cm x 70cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

55. Pakiet nr 7, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50cm x 75cm z otworem samoprzylepnym o wymiarach 6cm x 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

56. Pakiet nr 7, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (folia polietylenowa + włóknina) o gramaturze 80 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

57. Pakiet nr 7, poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni dwukomorowej na narzędzia o wymiarach 40cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

58. Pakiet nr 7, poz. 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie taśmy medycznej o wymiarach 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

59. Pakiet nr 7, poz. 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na kończynę o wymiarach 35cm x 120cm wyposażonej w jedną taśmę samoprzylepną o wymiarach 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

60. Pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny z pulpy celulozowej ze spodnią warstwą wykonaną z nieprzemakalnej folii PE, w rozmiarze 60cm x 60cm, o chłonności 789 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

61. Czy Zamawiający dopuści opakowanie rękaw papierowo-foliowy z prostym zgrzewem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 9, poz. 1

62. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.u. 3-częściową 2 ml, z przezroczystym cylindrem, zielonym kontrastującym tłokiem, centryczną końcówką typu Luer, bez opakowania indywidualnego oraz przedłużonej skali?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

63. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.u. 3-częściową 5 ml, z przezroczystym cylindrem, zielonym kontrastującym tłokiem, centryczną końcówką typu Luer, bez opakowania indywidualnego oraz przedłużonej skali?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

64. Czy Zamawiający dopuści igłę jednorazowego użytku 0,5mm x 25mm, bez opakowania indywidualnego, z nasadką barwioną zgodnie z kodem ISO, typ Luer Lock, z osłonką i nasadką wykonanymi z polipropylenu, ze szlifem standard długo ściętym LB/BL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

65. Czy Zamawiający dopuści igłę jednorazowego użytku 1,1mm x 40mm, bez opakowania indywidualnego, z nasadką barwioną zgodnie z kodem ISO, typ Luer Lock, z osłonką i nasadką wykonanymi z polipropylenu, ze szlifem standard długo ściętym LB/BL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

66. Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 60cm z przylepcem, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu, o gramaturze 56 g/m², o odporności na przenikanie cieczy 188cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

67. Czy Zamawiający dopuści opakowanie rękaw papierowo-foliowy z prostym zgrzewem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



CERT
POLSKA AKADEMIA JAROCIN
PISZEN ISO 9001:2009
CERTIFIKAT Nr
748/06/2017/1/E

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

68. Pakiet 7 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 50 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

69. Pakiet 7 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 100 x 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

70. Pakiet 7 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

71. Pakiet 7 poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

72. PAKIET NR 1

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 33 cm

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/ folia polietylenowa) o gramaturze min. 55 g/m² i chłonności 450%. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

73. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego zawierającego:

- serwetę w rozmiarze 200x175cm, zamiast serwety 180x170cm
- serwetę na stół instrumentalny w rozmiarze 190x140cm, zamiast 190x150cm
- 4 sztuki ręczników celulozowych w rozmiarze min. 30x33cm, zamiast 2 szt. serwetek o wymiarze 40x20cm
- taśmy medycznej samoprzylepnej w rozmiarze 50x10cm, zamiast 50x9cm



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Serwety barierowe wykonane z laminatu dwu-warstwowego (włóknina polipropylenowa/ folia polietylenowa) o gramaturze min. 55 g/m² i chłonności 450%, o wytrzymałości na zrywanie min. 172 kPa. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 7

74.Poz. nr 1-7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/ folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

75.Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej w rozmiarze 50x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

76.Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45x75cm z otworem w części centralnej o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

77.Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej w rozmiarze 75x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

78.Poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej w rozmiarze 50x60cm z otworem w części centralnej o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

79.Poz. nr 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stół Mayo wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/ folia polietylenowa) o całkowitej gramaturze 90 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

80.Poz. nr 9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni na narzędzia dwukomorowej z nierepozycjonowalną taśmą lepną w rozmiarze 43x38cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

81.Poz. nr 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnej taśmy w rozmiarze 50x10cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

82.Poz. nr 11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę wykonaną z laminatu w rozmiarze 75x120cm, z oddzielnie pakowanymi dwoma taśmami samoprzylepnymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

83.dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład:

-Serwety o rozmiarze 240x150 z przylepcem -1szt

-Serwety o rozmiarze 90 x 75 z przylepcem na szerszym boku -2szt

-Serwety o rozmiarze 180x180 z przylepcem -1szt

Serwety wykonane z laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze 43g/m² o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, o absorpcji 458% zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, zgodność z normą PE EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

- serwety na stół Mayo składanej w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 145 x 79-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego, oznakowanie ułatwiające zakładanie pokrowca
 - serwety na stół instrumentalny 190 x 150-1szt. wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej.
 - 2 ręczniki do rąk
 - 1 taśma mocująca
 - etykiety typu TAG składające się z części nieusuwalnej na której znajdują się :nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, indeks wyrobu oraz 4 naklejek na których znajduje się min. indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

84.dotyczy pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład:

- Serwety o rozmiarze 240x150 z przylepcem-1szt-
 - Serwety o rozmiarze 90 x 75 z przylepcem na szerszym boku -2szt
 - Serwety o rozmiarze 180x180 z przylepcem-1szt
- Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60gr/m2, o chłonności minimalnej 458%, o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, zapewniający wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, a dzięki delikatnej warstwie ochronnej wykazuje dobre właściwości absorpcyjne, zgodność z normą PE EN 13795,
- serwety na stół Mayo składanej w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 145 x 78-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie ułatwiające zakładanie pokrowca
 - serwety na stół instrumentalny 190 x 150-1szt. wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej.
 - serwetek do rąk o wymiarze 30,5x34 cm-2szt
 - taśmy medycznej 50cm x 9cm
 - etykiety typu TAG składające się z części nieusuwalnej na której znajdują się :nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, indeks wyrobu oraz 4 naklejek na których znajduje się min. indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

85.dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do operacji barku. Skład:

- serwety o rozmiarze 260cm x 230cm z wycięciem U o wymiarach 85x20cm i przylepcem, z dodatkową warstwą chłonną i organizatorami przewodów
 - serwety o rozmiarze 300cm x 150cm z przylepcem, z dodatkową warstwą chłonną i organizatorami przewodów
 - pokrowca na kończynę górną pacjenta o wymiarach 120cm x 36cm
 - serwety pod kończynę górną pacjenta o wymiarach 100cm x 150cm
- Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60gr/m2, o chłonności minimalnej 458%, z dodatkową warstwą chłonną o całkowitej gramaturze 140g/m2 i chłonności 990%, o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, zapewniający wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, a dzięki delikatnej warstwie ochronnej wykazuje dobre właściwości absorpcyjne, zgodność z normą PE EN 13795,
- taśmy medycznej o wymiarach 50 cm x 9cm -2szt.
 - serwety na stół Mayo składanej w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 145 x 79-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie pokrowca ułatwiające zakładanie pokrowca
 - serwety na stół instrumentalny o rozmiarze 190 x 150-1szt, wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

86. dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 4 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do operacji dłoni/stopy w następującym składzie:

-Serwety o rozmiarze 300cmx230 z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm i przylepcem z padem chłonnym 75x80cm i organizatorami przewodów-1szt

Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60gr/m², z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m², całkowita gramatura w części trzywarstwowej 140g/m², chłonność 990%, o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, zapewniający wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, a dzięki delikatnej warstwie ochronnej wykazującej dobre właściwości absorpcyjne, zgodność z normą PE EN 13795, surowiec z którego wykonane jest obłożenie pola operacyjnego musi być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 10993 w części 5 i 10 tj. nie wskazywać działania cytotoksycznego, drażniącego i uczulającego

-serwety na stół Mayo składanej w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 145 x 79-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie ułatwiające zakładanie pokrowca

-serwety na stół instrumentalny 190 x 150-1szt. wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej.

-serwetek do rąk o wymiarach 30,5x34cm-4szt-wykonane z celulozy

- 1 taśma kocująca 9x50cm

-etykiety typu TAG składające się z części nieusuwalnej na której znajdują się :nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, indeks wyrobu oraz 4 naklejek na których znajduje się min. indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

87. dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 6 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cięcia cesarskiego. Skład:

a) Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach 230 x 330cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w otwór o wymiarach 36x36cm wypełniony folią chirurgiczną, otwór otoczony workiem z usztywnionym brzegiem przechwytyjącym płyny. Worek nie posiada zawór do podłączenia drenu.

b) serweta -owinięcie noworodka, wykonane z materiału bawełnopodobnego 75x120cm - 1 szt.

c) niebieska osłona na stół Mayo 78 x 145cm - 1 szt.

d) taśma samoprzylepna 9x50cm - 1 szt.

e) ściereczki chłonne celulozowe, 30,5 x 34cm- 4 szt.

Całość owinięta w serwetę 150 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika.

Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP / folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m² i spełniają wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010.

Oporność na przenikanie cieczy min 160 cm H₂O.

Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 168/168 kPa

Absorpcja włókniny - 458 %.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

„Szpital Powiatowy w Jarocinie”
Spółka z o.o.
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
tel. 62 33 22 350, fax 62 33 22 359
NIP 6172189328. Regon:301415604

Prezes Zarządu

Henryk Szytaczak



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.661.000

