

SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 23.09.2019 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych 15/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 22 komplet pościeli z poszwą 150x200cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 22 komplet pościeli z poszwą 160x200cm?

Odpowiedź: Tak

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia dot. grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 6 poz. 1-2

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dopuszczenia kompresów w opakowaniach papierowo- foliowych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 20

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dopuszczenia pokrowca w rozmiarze 16 x 250 cm?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 24

6. Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm wykonane ze wzmocnionej włókniny celulozowej o gramaturze min. 60 g/m², pakowane a'2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 11, poz. 4

7. Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarze 10 cm x 10 cm x 'a 3 szt., pakowane po 25 szt. blistrów w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet 11, poz. 5

8.Czy zamawiający dopuści kompres o wymiarze 7,5 cm x 7,5 cm x 'a 3 szt., pakowane po 25 szt. blistrów w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, poz. 6

9.Czy zamawiający dopuści kompres o wymiarze 5 cm x 5 cm x 'a 3 szt., pakowane po 25 szt. blistrów w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, poz.4-6

10.Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, poz.4-6

11.Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, poz.1-6

12.Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 15, poz. 1-3

13.Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 15 poz. 4

14.Czy zamawiający dopuści serwety jałowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 17, poz. 1-2

15.Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

16.**Pakiet 1, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozmiarze części lepnej 15x22cm, w opakowaniu zbiorczym a'40szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i wyceną za sztukę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

17. Pakiet 1, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozmiarze części lepnej 20x26cm, w opakowaniu zbiorczym a'30szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i wyceną za sztukę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

18. Pakiet 1, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozmiarze części lepnej 36x40cm, w opakowaniu zbiorczym a'20szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i wyceną za sztukę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

19. Pakiet 1, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozmiarze części lepnej 51x55cm, w opakowaniu zbiorczym a'15szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i wyceną za sztukę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

20. Pakiet 1, poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w opakowaniu zbiorczym a'6szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i wyceną za sztukę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet 3, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6 x 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Pakiet 4, poz. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów w rozmiarze 34x8cm w opakowaniu a'20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

23. Pakiet 4, poz. 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet pakowanych a'2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

24. Pakiet 4, poz. 23 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra z opatrunkiem w rozmiarze 2,5x7,6cm pakowanego a'500 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

25. Pakiet 5, poz. 1-2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych po 1 sztuce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

26. Pakiet 11, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 10 x 10cm 8 warstwowych pakowanych pojedynczo z podaniem ceny za 1 sztukę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

27. Pakiet 11, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm 8 warstwowych pakowanych pojedynczo z podaniem ceny za 1 sztukę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

28. Pakiet 11, pozycja 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 8 warstwowych pakowanych pojedynczo z podaniem ceny za 1 sztukę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

29. Pakiet 13, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

30. Pakiet 14, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 12 warstwowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

31. Pakiet 15, pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

32. Pakiet 21, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na ramię C o parametrach:

3 – częściowa:

-górna z elastyczną gumką 100cm x 160cm

-dolna z elastyczną gumką 80cm x 150cm

2 taśmy przylepne 3cm x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

33. Pakiet 24, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczniczków celulozowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

34. Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jałowego opatrunku z folii poliuretanowej do mocowania kateterów w rozmiarze 9x11cm pakowane po 100sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

35. Pakiet nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

36. Pakiet nr 7 poz. 7-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

37. Pakiet nr 7 poz. 6-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastrów z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

38. Pakiet nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opakowań po 100sztuk w arkuszu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

39. Pakiet na 7 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastrów z opatrunkiem w rozmiarze 10x10cm pakowanych po 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

40. Pakiet nr 7 poz. 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastrów w rozmiarze?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi – brak wymiarów plastrów.

41. Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresów gazowych z gazy 20 nitkowej niejałowe 5x5cm 8 warstwowe pakowane po 2 sztuki z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

42. Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresów gazowych z gazy 20 nitkowej jałowe 7,5x7,5cm 8 warstwowe pakowane po 2 sztuki z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

43. Pakiet nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresów gazowych z gazy 20 nitkowej jałowe 7,5x7,5cm 8 warstwowe z nitka radiacyjną pakowane po 2 sztuki z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

44. Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresów gazowych z gazy 20 nitkowej jałowe 8x18cm 8 warstwowe pakowane po 2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

45. Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresów gazowych z gazy 20 nitkowej niejałowe 7,5x7,5cm 8 warstwowe pakowane po 2 sztuki z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

46. Pakiet nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresów gazowych z gazy 20 nitkowej niejałowe 8x18cm 8 warstwowe pakowane po 2 sztuki z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

47. Pakiet nr 15 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresów gazowych z gazy 20 nitkowej niejałowe 10x10cm 16 warstwowe pakowane po 2 sztuki z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

48. Pakiet nr 15 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie serwety gazowe z gazy 20 nitkowej z nitka RTG niejałowe 45x45cm bez tasiemki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

49. Pakiet nr 15 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie serwety gazowe z gazy 20 nitkowej z nitką RTG niejadalne 45x45cm z tasiemką ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

50. Pakiet nr 29 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

51. Pakiet nr 29 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, przeznaczonym do dezynfekcji o wymiarach 16x10cm (rozłożonych) i 4x5cm (złożonych) skuteczne w warunkach czystych i brudnych na bakterie (S.aureus, E.coli, i grzyby C.albicans w czasie 2 minut. Pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach; wyrób medyczny klasy IIa ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

52. dotyczy Pakietu 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pokrowca o wymiarach 15cm x 240cm lub 15cm x 250cm <dostarczanego obecnie do Państwa placówki>?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

53. dotyczy Pakietu 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ręczników wykonanych ze 100% celulozy wzmocnionej nicią nylonową 30x34cm w opakowaniu folia-papier z dwoma naklejkami tytu TAG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 4

54. Czy nie zaszła pomyłka, ponieważ pozycje 4, 9, 10 i 11 występują w formularzu cenowym dwa razy? W związku z tym prosimy o doprecyzowanie ilu ilości poszczególnych pozycji wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Tak omyłkowo zostały wpisane pozycje 4,9,10,11.

Zamiast:

Pakiet 4

	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość zamawiana
1	Kompres wysokochłonny, jałowy typu Absorba 10 cm x 20 cm	szt.	3500
2	Tupfery z gazy 17-nitkowej jałowe, z nitką radiacyjną, kule rozmiar 20 cm x 20 cm pakowane po 3 x 2 szt. *	op.	800
3	Tupfery (twarde do preparowania tkanek) z gazy 17-nitkowej jałowe, z nitką radiacyjną, typu fasola rozmiar 15 cm x 15 cm pakowane po 3x2 szt. *	op.	1000
4	Setony jałowe z gazy 17N 4 W rozmiar 2 m x 1 cm op 1 szt. Blister *	szt.	200
9	Setony jałowe z gazy 17N 4 W rozmiar 2 m x 2 cm op 1 szt. Blister *	szt.	200
10	Setony jałowe z gazy 17 N 4 W rozmiar 2 m x 5 cm op 1 sz. Blister *	szt.	150




„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin
tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359
sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

11	Setony jałowe z gazy 17 N 8 W rozmiar 1 m x 10 cm op 1 szt. Blister *	szt.	100
4	Setony jałowe z gazy 17N 4 W z nitką RTG rozmiar 2 m x 1 cm op 1 szt. Blister *	szt.	200
9	Setony jałowe z gazy 17N 4 W z nitką RTG rozmiar 2 m x 2 cm op 1 szt. Blister *	szt.	200
10	Setony jałowe z gazy 17 N 4 W z nitką RTG rozmiar 2 m x 5 cm op 1 szt. Blister *	szt.	150
11	Setony jałowe z gazy 17 N 4 W z nitką RTG rozmiar 1 m x 10 cm op 1 szt. Blister *	szt.	100
12	Wata celulozowa, bielona, arkusze 40 cm x 60 cm opakowanie po 5 kg	op.	120
13	Podkłady ginekologiczne niejałowe rozmiar min. 34 cm x 9 cm opakowanie 10 szt. wykonane z materiału nadającego się do sterylizacji	op.	1200
14	Przylepiec hypoalergiczny włókninowy szer. 1,25 cm x 9,14m	szt.	1200
15	Przylepiec hypoalergiczny włókninowy szer. 2,5 cm x 9,14m	szt.	2000
16	Przylepiec hypoalergiczny włókninowy szer. 5 cm x 9,14m	szt.	300
17	Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 500 g	op.	200
18	Przylepiec hypoalergiczny na tkaninie bawełnianej szer. 1,25 cm x 5m	szt.	800
19	Przylepiec hypoalergiczny na tkaninie bawełnianej szer. 2,5 cm x 5m	szt.	800
20	Przylepiec hypoalergiczny na tkaninie bawełnianej szer. 5 cm x 5m	szt.	800
21	Serwety gazowe z gazy 17-nitkowej 4 warstwy 45 CM X 45 CM z nitką RTG i tasiemką jałowe op. a'1 szt.*	op.	1000
22	Serwety gazowe z gazy 17-nitkowej 4 warstwy 45 CM X 45 CM z nitką RTG i tasiemką jałowe op. a'5 szt.*	op.	1500
23	Plaster z opatrunkiem typu uniwersalnego w rozmiarze 25mm x 72mm pakowany po 100 szt.	op.	30

Powinno być:

Pakiet 4

	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość zamawiana
1	Kompres wysokochłonny, jałowy typu Absorba 10 cm x 20 cm	szt.	3500
2	Tupfery z gazy 17-nitkowej jałowe, z nitką radiacyjną, kule rozmiar 20 cm x 20 cm pakowane po 3 x 2 szt. *	op.	800
3	Tupfery (twarde do preparowania tkanek) z gazy 17-nitkowej jałowe, z nitką radiacyjną, typu fasola rozmiar 15 cm x 15 cm pakowane po 3x2 szt. *	op.	1000
4	Setony jałowe z gazy 17N 4 W rozmiar 2 m x 1 cm op 1 szt. Blister *	szt.	200
5	Setony jałowe z gazy 17N 4 W rozmiar 2 m x 2 cm op 1 szt. Blister *	szt.	200
6	Setony jałowe z gazy 17 N 4 W rozmiar 2 m x 5 cm op 1 szt. Blister *	szt.	150



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

7	Setony jałowe z gazy 17 N 8 W rozmiar 1 m x 10 cm op 1 szt. Blister *	szt.	100
8	Setony jałowe z gazy 17N 4 W z nitką RTG rozmiar 2 m x 1 cm op 1 szt. Blister *	szt.	200
9	Setony jałowe z gazy 17N 4 W z nitką RTG rozmiar 2 m x 2 cm op 1 szt. Blister *	szt.	200
10	Setony jałowe z gazy 17 N 4 W z nitką RTG rozmiar 2 m x 5 cm op 1 szt. Blister *	szt.	150
11	Setony jałowe z gazy 17 N 4 W z nitką RTG rozmiar 1 m x 10 cm op 1 szt. Blister *	szt.	100
12	Wata celulozowa, bielona, arkusze 40 cm x 60 cm opakowanie po 5 kg	op.	120
13	Podkłady ginekologiczne niejałowe rozmiar min. 34 cm x 9 cm opakowanie 10 szt. wykonane z materiału nadającego się do sterylizacji	op.	1200
14	Przylepiec hypoalergiczny włókninowy szer. 1,25 cm x 9,14m	szt.	1200
15	Przylepiec hypoalergiczny włókninowy szer. 2,5 cm x 9,14m	szt.	2000
16	Przylepiec hypoalergiczny włókninowy szer. 5 cm x 9,14m	szt.	300
17	Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 500 g	op.	200
18	Przylepiec hypoalergiczny na tkaninie bawełnianej szer. 1,25 cm x 5m	szt.	800
19	Przylepiec hypoalergiczny na tkaninie bawełnianej szer. 2,5 cm x 5m	szt.	800
20	Przylepiec hypoalergiczny na tkaninie bawełnianej szer. 5 cm x 5m	szt.	800
21	Serwety gazowe z gazy 17-nitkowej 4 warstwy 45 CM X 45 CM z nitką RTG i tasiemką jałowe op. a'1 szt.*	op.	1000
22	Serwety gazowe z gazy 17-nitkowej 4 warstwy 45 CM X 45 CM z nitką RTG i tasiemką jałowe op. a'5 szt.*	op.	1500
23	Plaster z opatrunkiem typu uniwersalnego w rozmiarze 25mm x 72mm pakowany po 100 szt.	op.	30

55.Czy w poz. 23 Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem w rozmiarze 25 x 76 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5

56.Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pakiet 8

57.Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści krem ochronny do skóry zawierający tlenek cynku zamiast kreatyny, który charakteryzuje się działaniem antibakteryjnym i antyseptycznym chroniąc skórę przed powstaniem podrażnień?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 18

58.Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści siatki 8 x 13 cm lub 10 x 16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin
tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359
sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet 22

59. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści pościel o następujących parametrach?:

Skład	NIEBIESKI
powłoka	200 x 150cm
powłoczka	90 x 75cm
prześcieradło	210 x 150cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 24

60. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści serwetkę do rąk z włókniny kompresowej o wymiarach 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy treści wzoru umowy:

61. Par. 5 ust. 6: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. Wyrażenie „1 % wartości brutto danej dostawy” zastąpione zostało wyrażeniem „1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy”?

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

62. Par. 5 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwlóki”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

63. Par. 9: Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pakiet 4

64. Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści tufery bez nitki radiacyjnej? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

65. Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści tufery pakowane po 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu ofertowym? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 8

66. Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego do skóry przeznaczonych do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 11

67. Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych w rozmiarze 10x10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

68. Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

69. Poz. nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych jałowych 10x10cm, 6-warstwowych z nacięciem Y?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

70. Poz. nr 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych 4-warstwowych, 30 g/m², jałowych, 5x5cm, pakowanych w opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 13

71. Poz. nr 1,2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych 12-warstwowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

72. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych pakowanych w opakowanie a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PAKIET NR 15

73. Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet gazowych 20-nitkowych, 4-warstwowych, z tasiemką, 45cmx45cm, posiadających element radiacyjny w postaci niebieskiej taśmy radiacyjnej - chip pvc wszytego w zwinięty brzeg serwety (dł. ok. 10 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe o poniższych rozmiarach ?

74. Dot. pkt. 3 Opatrunek z hydrożelem na oparzenia, ratunkowy, jałowy rozmiar 200mm x450mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

75. Dot. pkt 4. Opatrunek z hydrożelem na oparzenia, ratunkowy, jałowy rozmiar 200mm x 450mm wersja " na twarz "

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet 1 poz. 1

76. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej z częścią lepną w rozmiarze 15 x 28 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 2

77. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej z częścią lepną w rozmiarze 30 x 28 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 4

78. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej z częścią lepną w rozmiarze 45 x 55 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2 poz. 1

79. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 10 x 12 cm, pakowanego po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2 poz. 1

80. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 10 x 14 cm, pakowanego po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 3 poz. 1

81. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, przezroczystego opatrunku do mocowania kaniul w rozmiarze 5 x 5,7 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 poz. 12, 14-20

82. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 12, 14-20 z pakietu 4 co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 4 poz. 18-20

83. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca hipoalergicznego na tkaninie bawełnianej o długości 9,14 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz. 1

84. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 3m x 10 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 1

85. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego, bezszwowego, dzianego rękawa opatrunkowego do mocowania opatrunków na ramię i nogę dziecka. Elastyczny poprzecznie i podłużnie, wykonanego z przędzy poliamidowej teksturowanej 48% i przędzy poliuretanowej 24% i roica 28% o średnich oczkach. Rolki o długości 10 m w stanie swobodnym (25 cm w stanie rozciągniętym) i szerokości 5-6,5 cm. Z możliwością wyjąławiania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet 7 poz. 2

86. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klejono-włókninowego do łączenia brzegów ran pakowanych po 6 pasków w kopercie, 200 kopert w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 3-5

87. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra podtrzymującego włókninowego pokrytego klejem akrylowym, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 6

88. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie włókninowego plastra do umocowania kaniuli pokrytego klejem akrylowym, opakowanie a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 7

89. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra z opatrunkiem włókninowym w rozmiarze 10 x 6 cm, pokrytego klejem akrylowym. Opakowanie a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 8

90. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra z opatrunkiem włókninowym w rozmiarze 15 x 8 cm, pokrytego klejem akrylowym. Opakowanie a' 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 9

91. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra z opatrunkiem włókninowym pokrytego klejem akrylowym. Opakowanie a' 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 12-15

92. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego, bardzo elastycznego rękawa opatrunkowego do mocowania opatrunków wykonanego z przędzy poliamidowej teksturowanej 48% i przędzy poliuretanowej 24% i roica 28% o średnich oczkach, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 16

93. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie amorficznego hydrożelu do leczenia ran w formie tubki 15 g, opakowanie 48 sztuk z przeliczeniem ilości zamawianej, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 20 poz. 1

94. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody w rozmiarze 15 x 240 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21 poz. 1

95. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przezroczystej osłony do zabezpieczenia ramienia „C” aparatu RTG w rozmiarze 104 x 188 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 24 poz. 1

96. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręczników do rąk wykonanych z pulpy celulozowej i poliesteru spakowanych w opakowanie papier-papier, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



CERT
POLSKA AKADEMIA JAROCIN
PN EN ISO 9001:2009
CERTYFIKAT NR
748/02/2017/02/06

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

97. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 6:

6. Za nieterminową dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu **0,5 %** wartości brutto **niezrealizowanej w terminie części** dostawy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.**

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pytanie do pakietu nr 29, poz. nr 1

98. Czy Zamawiający dopuści preparat ze spryskiwaczem do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych min. unity stomatologiczne, inkubatory, stetoskopy i inne urządzenia medyczne, we wszelkich obszarach medycznych, na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego, chlorku benzalkoniowego i aminy w pianie, bez zawartości alkoholu, dopuszczony do dezynfekcji inkubatorów świadczeniem producenta o możliwości stosowania preparatu na oddziałach pediatrycznym, neonatologicznym, ginekologicznym, posiadający pełne działanie wg norm EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 w czasie 1 min w opakowaniu a'750ml ze spryskiwaczem, bez zawartości freonu będący wyrobem medycznym klasy IIa?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pytanie do pakietu nr 29, poz. nr 3

99. Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie etanolu z dodatkiem surfaktantów o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, Rota, Adeno, Noro) w czasie dużo krótszym – 30 sekund do 1 minuty, niż wymagany w SIWZ, bez aldehydów, w opakowaniu a'1L? Preparat ten jest produkowany przez znanego i doświadczonego producenta z Unii Europejskiej i jest konkurencyjny cenowo?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pytanie do pakietu nr 29, poz. nr 4

100. Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie aktywnego tlenu, TAED z składnikami antykorozyjnymi, kompleksującymi, stabilizatorami, z związkami polienzymatycznymi, niewymagający aktywatora o szerokim spektrum działania w wysokim obciążeniu organicznym: B (łącznie z MRSA), drożdże i grzyby (EN 13624, 13727, 14561, 14562), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Influenza (H1N1, H5N1), Adeno. Polio, Vaccinia, Polyoma; EN 14476, DVV/RKI), Tbc (M.terrae, M.avium; EN 14348, 14563), Spory (EN 13704) w czasie 15 minut i stężeniu 2%, Spory-B. subtilis 2%-5min w wiaderku o pojemności 1kg z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ tj. braku zawartości aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników oraz posiadania neutralnego odczynu roztworu (pH=7,0-8,0), działanie na S (Cl. difficile, Cl. perfringens).*

Pytanie do pakietu nr 29, poz. nr 6 i 5

101. Czy Zamawiający dopuści chusteczki posiadające w składzie 2-propanol oraz śladową ilość QAV w pozycji nr 6 i 5 w opakowaniu typu tuba bez opakowań uzupełniających, co ułatwi pracę Zamawiającemu?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pytanie do pakietu n29, poz. nr 7

102. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w wymiarach 20x20cm a'200szt typu tuba spełniające pozostałe wymagania SIWZ z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie do pakietu nr 29, poz. nr 7

103. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w wymiarach 20x28cm a'100szt w opakowaniu typu flow pack spełniające pozostałe wymagania SIWZ z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie do pakietu nr 29, poz. nr 8

104. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w wymiarach 20x20cm a'200szt w tubie spełniające pozostałe wymagania SIWZ z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie do pakietu nr 29, poz. nr 8

105. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w wymiarach 20x28cm a'100szt w flow packu spełniające pozostałe wymagania SIWZ z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie do pakietu nr 29, poz. nr 9

106. Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone mieszaniną substancji, w tym chlorku didecylodimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych, w tym skuteczne wobec prątków: B, F (*Candida albicans*), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota, Tbc w czasie 15 minut, spełniające wymagania SIWZ, będące wyrobem medycznym klasy IIa w soft pack a'100 sztuk w rozmiarze 20x28cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie do pakietu nr 29, poz. nr 11

107. Czy Zamawiający dopuści sterylne gaziki (wyrób medyczny klasy IIa), nasączone alkoholem i chlorheksydyną 2% do dezynfekcji wenflonów, elementów centralnych i obwodowych skuteczne wobec B,V,Tbc,F w czasie do 1min spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ. Wymagany czas działania 15s.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pytanie do SIWZ pkt. VIII, pkt. 4

108. Zapis ten jest niezgodny z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, gdzie w ust. 14 pkt 3 *Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.*

Wymagania SIWZ nie mogą być sprzeczne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w związku z czym wnosimy o dostosowanie zapisów SIWZ do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Pytanie do pakietu nr 29, pkt. 1,2,3

109. Uprzejmie wnosimy o zmianę zapisu SIWZ „przez akredytowane laboratoria w ramach UE” na „przez akredytowane laboratoria”, z uwagi na sprzeczność zapisu z aktualnie obowiązującymi porozumieniami o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zawartymi pomiędzy Unią Europejską a innymi krajami z terenu Europy i spoza Europy. Zapis ten jest sprzeczny z ideą zniesienia barier handlowych i eliminuje sygnatariuszy porozumień o międzynarodowym uznawaniu certyfikatów EA MLA, ILAC MLA, IAF MLA. Polska będąc sygnatariuszem EA MLA zobowiązana jest uznawać certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane innego sygnatariusza. EA MLA jest porozumieniem podpisanym przez krajowe jednostki akredytujące, będące członkami European co-operation for Accreditation, którego celem jest wzajemne uznawanie równoważności i wiarygodności usług akredytacyjnych, a tym samym certyfikatów i raportów zawierających wyniki oceny zgodności, wydawanych przez akredytowane organizacje. EA MLA umożliwia swobodny przepływ towarów w Europie i eliminuje konieczność certyfikowania produktów lub usług w każdym kraju, w którym są one sprzedawane. Ponadto zapisy SIWZ nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa jak np. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008, gdyż są obarczone sankcją nieważności.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

„Szpital Powiatowy w Jarocinie”
Spółka z o.o
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
tel. 62 33 22 350. fax 62 33 22 359
NIP 61 721 893 28 Regon: 301415604

Prezes Zarządu

Henryk Szyczak



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.806.000,00

