

Jarocin, 31.10.2019 r.

## INFORMACJA

**Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych 19/2019**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 6:

6. Za nieterminowa dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu **0,5 %** wartości brutto **niezrealizowanej w terminie części** dostawy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.**

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

2. Czy Zamawiający w **pakiecie 3 w pozycji 1** dopuści obecnie stosowany zestaw do punkcji opłucnej o składzie: igła Veressa; cewnik z poliuretanu, widoczny w RTG, w rozmiarach 9 Ch lub 12 Ch, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); strzykawka luer lock 60ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym; skalpel z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem?


Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

3. Czy Zamawiający w **pakiecie 3 w pozycji 15** dopuści jednorazowy wielokomorowy, zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml, z wyskalowanym pokrętkiem umieszczonym na przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym, zestaw z samuszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu, zestaw o budowie kompaktowej, z przezroczystą ścianą przednią, o stabilnej podstawie, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z drenem łączącym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

4. Czy Zamawiający w **pakiecie 3 w pozycjach 16, 17, i 18** dopuści cewnik z trokarem z termoczulego PCW z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenażu, z linią widoczną w rtg, z nadrukowanym znakowaniem cewnika w odstępach co 2 cm, kodowane numerycznie, pochodzące od tego samego producenta co zestawy do drenażu, w rozmiarach 24Ch, 28Ch i 32Ch?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

5. Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycjach od 19 do 23 dopuści obecnie stosowany dwuświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godzin, miękkiej, a jednocześnie wytrzymałej cewnik z atraumatycznym otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, znaczniki głębokości co 2 cm od 10 do 42 cm, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika (w rozmiarach 12 Fr, 14 Fr i 16 Fr) i kanał irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T” (w rozmiarze 10 Fr), suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, numeryczne oznaczenie rozmiaru na wygodnym uchwycie, mocny wytrzymały rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, zawierający plastyfikator DEHP, w zestawie: prosty łącznik obrotowy, port MDI do aplikacji leków wziewnych w aerosolu, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, martwa przestrzeń, kolorowe naklejki informacyjne. Długość cewnika 570 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1-4

6. Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy zewnętrznej 5mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż ten parametr nie jest wymogiem mającym kliniczne uzasadnienie w warunkach szpitalnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 5-6

7. Czy Zamawiający dopuści zestaw do aeroterapii zawierający: maskę aerozolową dla dzieci i dorosłych (rozmiary M, XL), nebulizator wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

#### Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 6-11

8. Czy Zamawiający dopuści wyroby mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

#### Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 11

9. Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2m?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

#### Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

10. Czy Zamawiający dopuści nebulizator wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m, z wężykiem o długości 16 cm, przeznaczony dla pacjentów powyżej 2 roku życia?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1, 6**

11. Czy Zamawiający dopuści wyroby ze śladową ilością ftalanów?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 8**

12. Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wklonowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankieta umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

W przypadku negatywnej odpowiedzi, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żaden sposób nie odbiegają od tych opisanych w SIWZ.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pakiet nr 4, pozycje 2-4

13. Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy w zestawie Seldingera z przewodnicą Nitinolową- pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2-4 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?  
*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1- 13 z Pakietu nr 9 i stworzy osobny pakiet?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**16. Dotyczy Pakietu 8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8 drenu o długości 200 cm, 7mm średnica wewnętrzna z doklejoną końcówką żeńską nie przezroczystą, z drugiej strony dołączona końcówka typ Yankauer 22 CH, opakowanie podwójne.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**17. Dotyczy Pakietu 12 poz. 2,3**

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu, odpowiadającego stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generującego żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli?

Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga klipsów wykonanych w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**18. Dotyczy § 6 ust. 1**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 6 ust. 1 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [..... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi."

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**19. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust 6**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych z 1 % na 0,1 %.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**20. Dotyczy zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*

**21. Pakiet 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do nebulizacji zawierający wyskalowany pojemnik na lek o pojemności 8 ml, dren tlenowy (gwiazdkowy) o długości 200 cm, ustnik, złączkę „T” 22mmM-22mmF-15mmF, możliwość pracy w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. Czysty mikrobiologicznie?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**22. Pakiet 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny, filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,9999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylność, objętość oddechowa Vt 150-1500ml, złącza proste 22M/15F-22F/15M, waga 35,6 g, przestrzeń martwa 55 ml, nawilżanie 37mg H2O przy Vt 500 z portem kapno luer-lock z koreczkiem mocowanym na stałe, opakowanie papier/folia?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 7 poz. 10,11,12 w przedmiotowym postępowaniu:

23. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 12 igieł do penów w rozmiarze 29 G x 12 mm mając na uwadze, że w przypadku igły o głębokości nakłucia 12,7 istnieje zagrożenie, że insulina zostanie wstrzyknięta do tkanki mięśniowej powodując gwałtowne, niepożądane zmiany w poziomie glukozy we krwi, zwiększając przez to ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Z uwagi na najnowsze doniesienia kliniczne, potwierdzające powyższe, igły te zostały wycofane z produkcji.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

24. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 10, 11, 12 z pakietu 7 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**25. Pakiet 13 poz. 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie długości linii szwu 30 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**26. Pakiet 13 poz. 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie długości linii szwu 60 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**27. Pakiet 13 poz. 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozmiaru 29 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**28. Pakiet 13 poz. 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozmiaru 33 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**29. Pakiet 1, poz. 23-24, 26, 34-44, 73, 79-80, 84**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 23-24, 26, 34-44, 73, 79-80, 84 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

30. Pakiet 1, poz. 34-38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

31. Pakiet 1, poz. 39-40

Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek (odpowiednio do pozycji), bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

32. Pakiet 1, poz. 44

Czy zamawiający dopuści sterylny zaciskacz?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

33. Pakiet 4, poz. 55

Czy zamawiający wydzieli poz.55 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

34. Pakiet 4, poz. 55

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

35. Pakiet 4, poz. 55

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert. Oferowane koreczki są kompatybilne ze standardowym portem nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

36. Pakiet 15, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń z drenem o długości 150 cm?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

37. Pakiet 15, poz. 1-4

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga informacji o braku zawartości DEHP w formie symbolu na etykiecie.*

38. Pakiet 15, poz. 4

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania bez dodatkowego portu iniekcji?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

39. Pakiet 15, poz. 1-4

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

40. Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

41. Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej równą 99,999% oraz nawilżanie VT=500ml – równo 32mg/l H<sub>2</sub>O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

42. Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej równą 99,999%, masa do 30g, przestrzeń martwa do 40 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**43. Pakiet nr 2, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści długość rury po rozciągnięciu 180 cm, dodatkowa rura po rozciągnięciu 100 cm lub długość rury po rozciągnięciu 160 cm, dodatkowa rura po rozciągnięciu 80 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**44. Pakiet nr 2, pozycja 6-7**

Czy Zamawiający dopuści osobno filtr oraz osobno przedłużacz, które razem stworzą zestaw? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**45. Pakiet nr 2, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści rurkę i mankiet z dwóch części trwale połączonych ze sobą?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**46. Pakiet nr 2, pozycja 8**

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „kodowana kolorem torebka ochronna”?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**47. Pakiet nr 2, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie i opakowaniu?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**48. Pakiet nr 2, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 1 do 5.0?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pakiet 12

49. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na złożenie oddzielnej oferty lub wydzieli z pakietu worki laparoskopowe wraz z klipsami.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów polimerowych w magazynkach po 6 szt.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



Pakiet 13, poz. 3.

51. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaferowanie staplerów okrężnych w rozmiarze 29mm z wysokością zszywek 5,0mm.

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Pakiet 13, poz. 4.

52. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaferowanie staplerów okrężnych w rozmiarze 32mm z wysokością zszywek 5,0mm.

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**53. Pakiet nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki dopęcherzowe w rozmiarze CH 8?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga cewniki dopęcherzowe w rozmiarze CH8.*

**54. Pakiet nr 1, pozycja 3 -6**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z końcówką typu Tieman z balonem 5-10 ml?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

**55. Pakiet nr 1, pozycja 7 - 12**

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehr T o długości ramion 450 x 180 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

**56. Pakiet nr 1, pozycja 13 - 21**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton o powierzchni standardowej, przezroczyste?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

**57. Pakiet nr 1, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści igłę blokowaną za pomocą przekręcenia?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

**58. Pakiet nr 1, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści igłę z możliwością regulacji w zakresie 30 – 70 mm lub w zakresie 55-95 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

**59. Pakiet nr 1, pozycja 26**


Czy Zamawiający oczekuje strzykawki cewnikowej 100ml, posiadającej tłok w kolorze kontrastującym, wyposażonej w dwa łączniki redukcyjne Luer?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.*

**60. Pakiet nr 1, pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków w kol rzez różowym dla dziewczynek i kolorze niebieskim dla chłopców?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**61. Pakiet nr 1, pozycja 33**

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody typu Quick-Combo do defibrylatora Lifepak?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**62. Pakiet nr 1, pozycja 39 - 40**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na próbki moczu w rozmiarach 190 x 70 mm o pojemności 100 ml?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**63. Pakiet nr 1, pozycja 44**

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz sterylny?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**64. Pakiet nr 1, pozycja 45 - 51**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 1050mm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla pozycji 45,46,47 oraz 51.*

**65. Pakiet nr 1, pozycja 57**

Czy Zamawiający dopuści cewnik typ Pezzer posiadający zakończenie w postaci główki z 3 (trzema) otworami przelewowymi?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**66. Pakiet nr 1, pozycja 59 - 66**

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu klasy medycznej

- termowrażliwy
- sześć dużych specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących
- atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu
- pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu
- długość drenu 50 cm
- sterylny
- opakowanie podwójne - zewnętrzne papier - folia, wewnętrzne folia

W rozmiarach: Ch 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30.33

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**67. Pakiet nr 1, pozycja 67 - 72**

Czy Zamawiający dopuści dren Redona o długości 800mm z perforacją na długości 15cm, posiadający trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5cm od zakończenia perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**68. Pakiet nr 1, pozycja 67 - 72**

Czy Zamawiający dopuści dren Redona z pojedynczym czytnikiem głębokości w odległości 5cm od zakończenia perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**69. Pakiet nr 1, pozycja 80**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'100 szt.?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**70. Pakiet nr 1, pozycja 81**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**71. Pakiet nr 1, pozycja 82**

Czy Zamawiający oczekuje pojedynczego przyrządu do cystoskopu i rektoskopu z pakowaną osobno w zestawie przedłużką wykonaną z miękkiego silikonu?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a dopuszcza.*

**72. Pakiet nr 1, pozycja 83**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą w rozmiarze 20G / 1,1 x 45mm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**73. Pakiet nr 1, pozycja 84**

Czy Zamawiający oczekuje zakręcanego pojemnika 25ml na kał z łopatką?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a dopuszcza.*

**74. Pakiet nr 1, pozycja 85**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 43x45mm (okrągła z wypustką)?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.*

**75. Pakiet nr 1, pozycja 86**

Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**76. Pakiet nr 5, pozycja 1 - 16**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem, wykonaną z termoplastycznego PCV bez powłoki silikonowej, z nazwą producenta umieszczoną na opakowaniu jednostkowym zamiast na baloniku kontrolnym?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**77. Pakiet nr 5, pozycja 1 - 16**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem, z nazwą producenta umieszczoną na korpusie rurki zamiast na baloniku kontrolnym?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**78. Pakiet nr 5, pozycja 1 - 16**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem w rozmiarze 2,5 do 10,?

*Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.*



**CERT**  
POLSKA AKADEMIA JAROCIN  
PN-EN ISO 9001:2008  
CERTIFIKOWANO  
748/05/2017/1/R

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**79. Pakiet nr 5, pozycja 17 - 26**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu, wykonaną z termoplastycznego PCV bez powłoki silikonowej?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**80. Pakiet nr 5, pozycja 27 - 41**

Czy Zamawiający dopuści zbrojoną rurkę intubacyjną z mankiem, wykonaną z termoplastycznego PCV bez powłoki silikonowej, z nazwą producenta umieszczoną na opakowaniu jednostkowym zamiast na baloniku kontrolnym?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**81. Pakiet nr 5, pozycja 27-41**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankiem w rozmiarze 2,5 do 10,?

*Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.*

**82. Pakiet nr 5, pozycja 42 - 47**

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z mankiem, wykonaną z termoplastycznego PCV bez powłoki silikonowej?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**83. Pakiet nr 5, pozycja 54-60**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania g.d.o. wyposażone w nieprzezroczyste łączniki?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**84. Pakiet nr 5, pozycja 57**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania g.d.o. w rozmiarze CH 12 o długości 60cm?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**85. Pakiet nr 6, pozycja 5-6**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 8ml?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**86. Pakiet nr 6, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 426 cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**87. Pakiet nr 7, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igłę innego producenta niż pozostałe igły iniekcyjne? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

**88. Pakiet nr 7, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści igłę do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN 0,33 x 12 mm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**89. Pakiet nr 7, pozycja 1 - 9**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia na opakowaniu rodzaju szlifu?

*Odpowiedź: Tak.*

**90. Pakiet nr 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

zestaw składa się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego o standardowej długości 210cm

\_ końcówka CH 21 z podwójnym załamaniem krzywizny oraz otworami bocznymi

\_ dren CH 24 o średnicy wewn./zewn. 5.6mm/8.0mm

\_ dren z obustronnym uniwersalnym zakończeniem typu lejek, z możliwością szczelnego dopasowania do każdego typu zakończenia ssaka z jednej strony, do końcówki z drugiej strony (możliwość wymiany końcówki ssącej na inną w trakcie zabiegu)

\_ jałowy, pakowany podwójnie: w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**91. Pakiet nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 3ml?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**92. Pakiet nr 9, pozycja 1 - 10**

Czy Zamawiający oczekuje cewników Foley z fabrycznie umieszczoną na łączniku nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji produktu?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a dopuszcza.*

**93. Pakiet nr 9, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści worek skalowany co 100ml ze skalą zaczynającą się od 100ml ?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.*

**94. Pakiet nr 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (co 1ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie „papier-folia”?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**95. Pakiet nr 10, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści worek do tygodniowej zbiórki moczu z drenem 120cm, bezigłowym portem do pobierania próbek, bez zacisku na drenie, z dołączonym (pakowanym osobno) wieszakiem?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**96. Pakiet nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli do badań z pojemnikiem o pojemności 20 ml skalowanym co 2 ml, w nakrętce pojemnika zintegrowana 2 dreny (jeden zakończony końcówką lejkowatą, drugi łącznikiem z kontrolą siły ssania) w zestawie dodatkowa nakrętka do zabezpieczenia pojemnika oraz naklejka umożliwiająca identyfikację pojemnika, jałowy, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**97. Pakiet nr 1 poz. 23-26, 88**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

**98. Pakiet nr 1 poz. 26**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej z podwójnym skalowaniem oraz z dwoma reduktorami?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a dopuszcza.*

**99. Pakiet nr 1 poz. 23-24**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki do pomp z podwójnym skalowaniem?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a dopuszcza.*

**100. Pakiet nr 1 poz. 25**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek pakowanych po 100 sztuk w formularzu cenowo asortymentowym?

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 5 op. Strzykawek pakowanych po 100 szt.*

**101. Pakiet nr 1 poz. 88**

Czy Zamawiający może określić ile będzie potrzebować opakowań igieł?

*Odpowiedź: Nastąpiła omyłka. Zamawiający usuwa poz. 88 z pakietu 1.*

**102. Pakiet nr 4 poz. 1-1d, 23-24, 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

**103. Pakiet nr 4 poz. 1d**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk w formularzu cenowo asortymentowym?

*Odpowiedź: Tak*

**104. Pakiet nr 4 poz. 46-55**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu pochodzenia od jednego producenta?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

**105. Pakiet nr 4 poz. 53-55**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

**106. Pakiet nr 7 poz. 12**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do wstrzykiwaczy w rozmiarze 0,33x12mm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

**107. Pakiet nr 7 poz. 12**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na odpuszczenie wymogu nasadki i osłony igły wykonanej z polipropylenu?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**108. Pakiet nr 9 poz. 14**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worków na mocz ze skala co 100ml zaczynająca się od zapelnienia 100ml dren 90cm bez pola do pisania?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

**109. Pakiet nr 9 poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia  
*Tomasz Roguszcak*  
Tomasz Roguszcak



**CERT**  
POLSKA AKADEMIA JAROCIN  
BUDŹNIA ISO 9001:2008  
Certyfikat nr  
748205201171/08

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350

fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl

www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328

REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 43.187.000,00

