



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 24.03.2020 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy implantów do zabiegów kostnych 2/2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

1.Pakiet nr 6 cement kostny i system płuczący

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843; dalej: ustawa Pzp) oraz mając na uwadze specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz”) dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 6 cement kostny i system płuczący), oraz mając na względzie art. 29 ust. 1 powołanej Ustawy, wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga w zakresie pakietu nr 6 poz 2 „Jednorazowy system płuczący wraz z końcówką do biodra lub kolana” zaoferowania:

System płukania pulsacyjnego ran oraz struktur kostnych, nie zawierający lateksu, przeznaczony do jednorazowego użytku. Urządzenie posiada własny baterijny napęd ze zintegrowanym wężem tłocząco ssącym płyn wraz z klipsem odcinającym oraz przewodem zasilającym. W jednym opakowaniu wraz z kolbą znajduje się krótka i długa końcówka ssąco tłocząca z osłoną rozbryzgową o długości 12,7 cm i 22,86 cm. System zapewnia dwie szybkości pracy uzyskiwane przy pomocy spustu kołyskowego w rękojeści. Jedna o wysokim ciśnieniu 23 PSI do płukania kości lub niska 5,8 PSI do płukania tkanek miękkich. System nie wymaga użycia sprężonego powietrza (zarówno ze ściany jak i butli). Końcówki można wielokrotnie wymieniać w trakcie jednego zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza opisany system.

oraz czy Zamawiający wymaga w zakresie pakietu nr 6 poz 3 „Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu” zaoferowania:

Zestaw do mieszania próżniowego zawierający w zestawie dyszę do aplikacji cementu do kanału udowego przy endoprotezie stawu biodrowego oraz spłaszczoną dyszę do aplikowania cementu dedykowaną do endoprotezy stawu kolanowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza opisany zestaw.

Prezes Zarządu
Henryk Szymczak



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 44.426.000