

Jarocin, 22.07.2020 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy obłożeń operacyjnych 8/2020r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

I.

1)W pakiecie nr 1 usuwamy poz. od 4 do 15 – do realizacji i złożenia oferty pozostają tylko pozycje 1,2,3

2)W pakiecie nr 2 usuwamy poz. 6 - „Osłona na sondę USG, sterylna, rozmiar 13 x 244 z gumka i żelem.” Do realizacji i złożenia oferty pozostają tylko pozycje 1,2,3,4,5.

3)W pakiecie nr 6 w pozycji 11 zwiększamy ilość zamawianego wyrobu -Osłona ortopedyczna na kończynę dolną wykonana z laminatu z dwoma paskami samoprzylepnymi w rozmiarze 33 x 110 cm: w rubryce „ilość” zamiast 500 winno być 5000.

II.

Pytanie 1

Pakiet 6 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 2

Pakiet 1, poz. 1

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 1 z pakietu nr 1 i utworzenie oddzielnego pakietu na zestaw uniwersalny oraz dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższych parametrach:

- 1 serweta przylepna 150x240cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 serweta przylepna 170x180cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 2 serwety przylepne 75x90cm(5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

Serwety wykonane z laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m² o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, o minimalnej chłonności 300%, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, zgodność z normą PE EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i teleskopowe złożenie pokrowca ułatwiające zakładanie pokrowca
 - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej
 - 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
 - 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm
- na opakowaniu etykieta składająca się z części nieusuwalnej na której znajdują się: nazwa wyrobu, skład zestawu, informacje dodatkowe, indeks wyrobu oraz dwie naklejki na których znajduje się indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja dystrybutora.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3

Pakiet 1, poz. 6

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 6 z pakietu nr 1 i utworzenie oddzielnego pakietu na fartuch chirurgiczny wzmocniony oraz dopuszczenie do zaoferowania fartuchów o poniższych parametrach:

"Fartuch chirurgiczny wysokiego ryzyka jałowy; wykonany z włókniny (100% SMMMS), gramatura min.35g/m². wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min.40g/m². Rękaw o kroju prostym szyty techniką ultradźwiękową, zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min.7,0 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, wyposażone w 2 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Dostępne rozmiary M,L,XL,XXL oraz XXXL.

Parametry fartucha : zgodny z normą PN-EN13795, odporność na przenikanie cieczy na poziomie min. 49,5cm H₂O w strefie mniej krytycznej, 200cm H₂O w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na sucho – 105N w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozciąganie na mokro – 100 N strefie krytycznej, Wytrzymałość na rozciąganie na sucho -95N w strefie mniej krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho –150kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na mokro – 140kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na wypychanie na sucho – 140kPa w strefie mniej krytycznej. Fartuch z 2 rącznikami wiskozyowymi 30x40cm i zawinięcie w serwetę włókninową.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SIWZ określona w pkt I. 2) powyżej.

Pytanie 4

Pakiet 5, poz. 1


W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 1 z pakietu nr 5 i utworzenie oddzielnego pakietu na zestaw do cięcia cesarskiego oraz dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższych parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62 g/m²:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przyklepnym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem,
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o wym. 90x100cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 rączniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm

Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA w obszarze krytycznym. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 40/35N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 200 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.7log10. Chłonność min 300%.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie papier- folia, 2 etykiety typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane dostawcy oraz kod kreskowy. Zestaw spełnia wymogi normy PN-EN 13795.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 5

Pakiet 5, poz. 13

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 13 z pakietu nr 5 i utworzenie oddzielnego pakietu na fartuch chirurgiczny oraz dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższych parametrach:

Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości min. 10 cm na jednej części fartucha i min. 10 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywkę z rozmiarówką, zgodność fartucha z normą 13795. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 49,5 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 90 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL oraz XXXL.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6

Pakiet 2, pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SIWZ określona w pkt 1, 2) powyżej.

Pytanie 7

Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 15x244cm?

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SIWZ określona w pkt. 2) powyżej.

Pytanie 8

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowo-foliowy w rozmiarze 80x210cm wzmocniony nitkami, pakowany a'25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 9

Pakiet 5, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 10

Pakiet 6, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 11

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 12

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 13

Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 14

Pakiet 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 15

Pakiet 6, pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (folia polietylenowa + włóknina) o gramaturze 80 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 16

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni dwukomorowej na narzędzia o wymiarach 40cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 17

Pakiet 6, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy medycznej o wymiarach 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 18

Pakiet 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm z jedną taśmą lepną w komplecie oraz drugą pakwoaną osobno?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 19

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z podkładem chłonnym o chłonności 789ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 20

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier bez wycięcia na kciuk ze zgrzewem prostym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 21

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze strzykawkami 3-częściowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 22



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze strzykawkami bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłami bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 50x60cm z przylepcem wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m², o odporności na przenikanie cieczy 120cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 25

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier bez wycięcia na kciuk ze zgrzewem prostym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 26

Pakiet 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania sterylny zestaw do operacji barku o składzie:

1 wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm

4 ręcznik chłonny 18x25cm

1 serweta chirurgiczna samoprzylepna dolna o wym. 230x295cm z wycięciem „U” o wym. 10x70cm

1 osłona na kończynę 22x75cm

2 taśma samoprzylepna 9x49cm

1 serweta chirurgiczna samoprzylepna górna o wym. 240x170cm z wycięciem „U” o wym. 15x45cm

1 wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27

Pakiet 4 poz. 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania sterylny zestaw do operacji dłoni stopy o składzie:

1 wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm

1 serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315cm, posiadający samuszczelniający otwór (Ø 3,5cm) otoczony warstwa chłonna z możliwością zamocowania drenów

1 wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pod warunkiem że pozostałe elementy i parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 28

dotyczy pakietu 6 poz. 2

„Czy zamawiający dopuści do postępowania serwetę w rozmiarze 100x100 cm, spełniającą pozostałe wymagania?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29

dotyczy pakietu 6 poz.3

„Czy zamawiający dopuści do postępowania serwetę z otworem średnicy 7 cm, spełniającą pozostałe wymagania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 30

dotyczy pakietu 6 poz.4

„Czy zamawiający dopuści do postępowania serwetę w rozmiarze 45x75 cm, spełniającą pozostałe wymagania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 31

dotyczy pakietu 6 poz.8

„Czy zamawiający dopuści do postępowania serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 79x145 cm, spełniającą pozostałe wymagania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 32

dotyczy pakietu 6 poz.9

„Czy zamawiający dopuści do postępowania kieszeń o wymiarach 40x35 cm, spełniająca pozostałe wymagania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 33

dotyczy pakietu 6 poz.10

„Czy zamawiający dopuści do postępowania taśmę medyczną w rozmiarze 9x49 cm, spełniająca pozostałe wymagania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 34

dotyczy pakietu 6 poz.11

„Czy zamawiający dopuści do postępowania osłonę na kończynę w rozmiarze 32x120 cm, spełniającą pozostałe wymagania?”


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 35

1. Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36

Pakiet 1 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-3 z pakietu 1, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SIWZ określona w pkt I. 1) powyżej.

Pytanie 37

Pakiet 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie spełnienia wymogów przez oferowane serwety, wykonawca do oferty dołączył karty danych technicznych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wprowadza wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań np. kart danych technicznych (dotyczy pakietu 1)

Pytanie 38

Pakiet 4 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji barku zawierający dwie sztuki serwetek do rąk zamiast czterech sztuk? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 39

Pakiet 4 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 300x240cm bez przylepca – serweta jest z elementem elastycznym, dlatego też przyklepic jest w tej serwecie zbędny i niefunkcjonalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 40

Pakiet 6 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56 g/m², w rozmiarze 45x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pytanie 41

Pakiet 6 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 42

Pakiet 6 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 43 g/m², w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 43

Pakiet 6 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56 g/m², w rozmiarze 75x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 44

Pakiet 6 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 45

Pakiet 6 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56 g/m² z owalnym otworem w rozm. 8x6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 46

Pakiet 6 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 47

Pakiet 6 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o składzie:

- masa włókniny 24g/m²

- grubość folii 50 μm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 48

Pakiet 6 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia w rozm. 42x35 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 49

Pakiet 6 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na kończynę w rozmiarze 120x37cm, z dwie taśmami w rozmiarze 50x9cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pytanie 50

Pakiet 8 poz. 1:

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiający wymaga odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H₂O?

Odpowiedź: Tak, zmieniamy wartość wskazanego parametru na 250 cm H₂O

Pytanie 51

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 6 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 6 wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto tego towaru”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej w § 5 ust. 6 wzoru umowy do 0,1% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 5 ust. 6 wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Informujemy , że przedłuża się termin składania ofert do dnia 28.07.2020 , godzina składania i otwarcia ofert bez zmian.

„Szpital Powiatowy w Jarocinie”
Spółka z o.o.
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
tel. 62 33 22 321, fax 62 33 22 359
NIP 61 72189328, Regon:301415604

Prezes Zarządu
Henryk Szymczak

