

Jarocin, 29.01.2021 r.

## INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na : 1.Dostawę kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemiczno-immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu analizatorów bochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i immunochemii . 2.Dostawę pasków, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań moczu wraz z dzierżawą analizatora; postępowanie nr 23/2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

A

**Pytania do umowy:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Uzasadnienie:**

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

*Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

2. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 4 pkt. 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

**Uzasadnienie:**

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

3. Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?"

**Uzasadnienie:**


Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi zwykle ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

4. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

**Uzasadnienie:**

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

*Odpowiedź: § 3 ust. 4 wzoru umowy uzyskuje następujące brzmienie: „Ilość zakupionych odczynników w stosunku do ilości wymienionych w zał. nr 1 może ulec niewielkim zmianom w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie ilości nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”*

5. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

*Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym w § 13 wzoru umowy dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT”*

6. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

*Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym w § 13 wzoru umowy dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto”*

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

**Uzasadnienie:**

Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej.

*Odpowiedź: Dopuszczalne są wszelkie zmiany umowy dokonane w zgodzie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w tym również art. 144 ust. 1 pkt 5, a więc również wskazane w pytaniu.*

**B**

**Biochemia- Pakiet 1**

**Dotyczy Pakietu nr 1, pkt. 37 parametrów wymaganych dla części biochemicznej systemu, Zał. nr 3:**

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby moduł ISE wykorzystywał pojedyncze elektrody nie wymagające uzupełniania płynów lub wymiany membran (Na, K, Cl, Ref.) niezależnie kto tą czynność wykonuje (operator czy serwis)?

*Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga.*

**Dotyczy Pakietu nr 1, tabela Planowa ilość badań, Zał. nr 3:**

2. Prosimy o doprecyzowanie czy podana przez Zamawiającego ilość badań, zawiera już ilości odczynnika potrzebne do wykonania kalibracji i wewnętrznej kontroli jakości? Jeśli nie, to czy należy te oznaczenia doliczyć?

*Odpowiedź: Podana ilość badań zawiera ilości odczynnika potrzebne do kalibracji i kontroli jakości.*

**Immunochemia – Pakiet 1**

3. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążyowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

*Odpowiedź: Zamawiający zamierza stosować test b-HCG jako test ciążyowy + marker nowotworowy*

4. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie kilku kontroli, które nie są barkodowane.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kilku kontroli, które nie są barkodowane ale nie więcej niż dla 3 testów*

5. Prosimy o doprecyzowanie czy przez wymóg "Kontrolowany system chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora zapewniający ich trwałość aż do zużycia" Zamawiający ma na myśli taki system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze, który opisany jest w instrukcji obsługi i gwarantuje stabilność odczynników zgodnie z rekomendacjami producenta?

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga systemu chłodzenia odczynników w stałej temperaturze, który opisany jest w instrukcji obsługi i gwarantuje stabilność odczynników zgodnie z rekomendacjami producenta.*

6. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym hs i zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?

*Odpowiedź: Tak . Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym hs i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego.*

7. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test ProBNP umożliwiał wiarygodne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca leczonych nowymi lekami z grupy ARNI (sekubitryl z walsartanem - Entresto)?

*Odpowiedź: Tak . Zamawiający wymaga, aby oferowany test umożliwiał wiarygodne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca leczonych nowymi lekami z grupy ARNI (sekubitryl z walsartanem - Entresto)?*

8. Prosimy o podanie nazwy i dostawcy preferowanego przez Zamawiającego programu zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości.

*Odpowiedź: Zamawiający proponuje, ale nie wymaga, następujące programy zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości: RANDOX-RIGAS, LABQUALITY*

9. Prosimy o wyjaśnienie czy w celu oznaczania przeciwciał anti-SARS-CoV-2 Zamawiający wymaga zaoferowania testu jakościowego wykrywającego przeciwciała do białek nukleokapsydu (N), czy testu ilościowego wykrywającego przeciwciała do białka S (RBD)?

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania testu jakościowego wykrywającego przeciwciała do białek nukleokapsydu (N) - 50% testów, jak i testu ilościowego wykrywającego przeciwciała do białka S (RBD) – 50% testów.*

10. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodnie jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania witaminy D?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

**Mocze – Pakiet 2**

11. W związku z koniecznością zaoferowania pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków oznaczających 10 parametrów fizykochemicznych z 11 polem kompensacyjnym na którym analizator automatycznie oznacza barwę bez pomiaru stężenia kwasu askorbinowego?

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pasków oznaczających 10 parametrów fizykochemicznych z 11 polem kompensacyjnym na którym analizator automatycznie oznacza barwę bez pomiaru stężenia kwasu askorbinowego.*

12. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków testowych o czułości pola białka: 9 -18 mg/dl oraz pola glukozy 30-50 mg/dl?



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanych pasków testowych.*

**Dotyczy Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia Warunki serwisu**

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę "48 godzin" na "48 godzin w dni robocze"?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania czasu usunięcia awarii: „do 48 godzin w dni robocze”*

14. Czy Wykonawca tworząc tabelę asortymentowo-cenową może ją samodzielnie rozbudować o dodatkowe kolumny niewymienione w SIWZ jak np. nr katalogowy, stawka VAT, itd?

*Odpowiedź: Tak.*

**Dotyczy Załącznika nr 4**

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

*W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.*

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie

Uzasadnienie : Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług.

*Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym w § 13 wzoru umowy dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:*

„Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Zamawiającego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie”

17. Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia aparatury będącej przedmiotem niniejszej umowy.

18. Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „na swój koszt” na „w ramach 5. czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym § 3 ust. 1 wzoru umowy uzyskuje następujące brzmienie: „Wykonawca dostarczy Urządzenie, zainstaluje i uruchomi je w laboratorium Zamawiającego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie przy ul. Szpitalnej 1 w ramach czynszu dzierżawnego określonego w § 3 ust. 1, w ciągu maksimum ..... dni od podpisania umowy. Przekazanie Urządzenia nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

19. Par. 3 ust. 2 tiret 1 Prosimy o doprecyzowanie końca zdania „min 2”?

Odpowiedź: § 3 ust. 2 tiret 1 wzoru umowy uzyskuje następujące brzmienie:


„-Szkoleń poinstalacyjnych personelu u Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń, min 2 szkolenia (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego)”

20. Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niewielkie zmiany dot. zmniejszenia ilości zakupionych odczynników nie przekraczały 20% całkowitej wartości umowy?

Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym § 3 ust. 4 wzoru umowy uzyskuje następujące brzmienie: „Ilość zakupionych odczynników w stosunku do ilości wymienionych w zał. nr 1 może ulec niewielkim zmianom w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie ilości nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”

21. Par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

22. **Par. 4 ust. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania terminu dostawy do 5 dni roboczych.*

23. **Par. 4 ust. 4** Czy zamawiający wyrazi zgodę na składanie reklamacji drogą mailową i telefoniczną, rezygnując zgłaszania reklamacji przy pomocy faxu?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość składania reklamacji drogą mailową i telefoniczną, bez możliwości korzystania z faxu.*

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość rozpatrywania reklamacji i oraz dostarczania/wymiany reklamowanego towaru w ciągu 5 dni roboczych.*

25. **Par. 4 ust. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wartości kary umownej z „5%” na „1%”?

*Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym § 4 ust. 5 wzoru umowy uzyskuje następujące brzmienie: "Za nieterminową dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1 % wartości brutto danej dostawy za każdy dzień opóźnienia"*

27. **Par. 5 ust. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? *Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu*

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

28. **Par. 7 ust. 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby możliwość zmiany postanowienia na

„ Wykonawca gwarantuje możliwość zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17:00, poza godzinami zgłoszeń: automat zgłoszeniowy lub e-mail, odbierane po godz. 8.00 następnego dnia roboczego, a w przypadkach awarii krytycznych: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-21:00, w soboty oraz niedziele w godz. 9:00-13:00”?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania realizacji serwisu na wskazanych warunkach.*

29. **Par. 7 ust. 5 i 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień na

” Czas reakcji telefonicznej: do 30 minut w przypadku zgłoszenia awarii w godz. 8.00-17.00 w dni robocze, do 9:00 kolejnego dnia roboczego w przypadku zgłoszenia awarii po godz. 17:00, do 60 minut w przypadku zgłoszenia awarii krytycznej. Czas interwencji serwisowej: tego samego dnia, w przypadku zgłoszenia awarii poniedziałek-piątek do godz. 12:00, następnego dnia roboczego, w przypadku zgłoszenia awarii po godz. 12:00.”?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania realizacji serwisu na wskazanych warunkach.*

30. **Par. 7 ust. 8** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w § 7 ust. 8 wzoru umowy terminu: „... powyżej 7 dni roboczych...”*



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

31. **Par. 11 ust. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do zerwania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym § 4 ust. 5 wzoru umowy uzyskuje następujące brzmienie: „Trzykrotne udokumentowane nieterminowe dostarczenie towaru upoważnia kupującego do zerwania umowy bez wypowiedzenia, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia, aby uprawnienie do zerwania umowy przysługiwało w przypadku Trzykrotnego udokumentowanego nieterminowego dostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Uwaga: wszelkie zmiany i modyfikacje treści SIWZ należy uwzględnić w ofercie, w szczególności w przypadku składania wypełnionego zał. nr 3 Przedmiot zamówienia.

Informujemy, że przedłuża się termin składania ofert do dnia 15.02.2021, godzina składania i otwarcia ofert bez zmian.

Prezes Zarządu

  
Henryk Szymczak

